



Poznań, dnia 13.08.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-59/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw nr 1:

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający w pakiecie 22, poz.1 dopuści kranik trójdrożny, jedno wyjście luer-lock męskie zabezpieczone koreczkiem, drugie wyjście luer-lock żeńskie zakończone koreczkiem, trzecie systemem bezigłowym, z podzielną silikonową membraną. Objętość wypełnienia 0,26ml. Kranik trójdrożny nowej generacji. spełnia wymagania normy ISO 8536-10: testowany przy ciśnieniu 2 barów przez 15 minut. Wzdłużna prędkość przepływu: 590 ml / min Poprzeczna prędkość przepływu: 166 ml / min.

Wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty/zamknięty. Materiał pozwalający na podawanie tłuszczu, lipidów, chemioterapeutyków i leków najnowszej generacji. Bezpieczne dokręcanie do linii. „Safety Luer Lock” uniemożliwia przypadkowe odkręcenie się kranika, a jednocześnie wykonany jest z materiału antyzapiekowego. Po podłączeniu z możliwością okręcania o 360°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów wymaganych w SWZ.

Czy Zamawiający w pakiecie 22, poz.2 dopuści zamknięty bezigłowy, przezroczysty (obudowa i membrana) port dostępu naczyniowego z poliuretanowym jednoświatłowym drenem o długości 10cm, kompatybilny z końcówką typu Luer i Luer Lock. Port posiada silikonową łatwą do dezynfekcji podzielną membranę typu Split septum, (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, chemioterapeutyki, leki najnowszej generacji. Objętość wypełnienia 0,29ml, średnica 1,50 x 2,50mm z zaciskiem na linii, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyrób o proponowanych parametrach pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych parametrów wymaganych w SWZ.

Zestaw nr 2:

CZĘŚĆ 15

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości z podziałem na poszczególne pojemności worków.

Odp.: Zamawiający nie określa ilości worków z podziałem na poszczególne pojemności, ponieważ nie jest w stanie przewidzieć w jaki sposób będzie rozkładać się zapotrzebowanie z oddziałów, co jest uzależnione od pacjentów przyjmowanych na oddział i innych czynników, trudnych do przewidzenia. Dla łatwiejszej kalkulacji ceny Zamawiający, w oparciu o doświadczenie lat ubiegłych może oszacować zbliżone proporcje zapotrzebowanych ilości,





ale nie są one wiążące i nie mogą być wskazane w formularzu asortymentowym, załączniku do specyfikacji oraz nie powodują zmiany specyfikacji.

Poj. 250-300ml: 75%

Poj. 500ml: 23%

Poj. 1000ml: 2%

PYTANIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY § 9 Kary umowne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kar umownych na:

- za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 1% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości umowy netto określonej w §4 ust. 1.
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 5 % wartości netto umowy określonej w §4 ust. 1.
- za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł netto za każdy dzień zwłoki.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Zestaw nr 3:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 5:

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości **0,5%** wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wartości **niezrealizowanej części** umowy netto określonej w §4 ust. 1.
- za odstąpienie od umowy / wypowiedzenie / rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 10 % wartości netto **niezrealizowanej części** umowy określonej w §4 ust. 1.
- za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **50,00 zł** netto za każdy dzień zwłoki,

5. W przypadku stwierdzenia przez nadzór Zamawiającego wykonywania pracy w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego naruszenia przez Wykonawcę lub jego podwykonawców przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego (w tym nieprzestrzeganie bezwzględnie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie całego Szpitala), zwartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywanie się z postanowień Umowy z tego zakresu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar pieniężnych w wysokości **250,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy.

Opracowała: Beata Tylska

