



Opole, 20.06.2024 r.

L.dz. 562/DO/2024

Numer postępowania: **ZP 2/2024**

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa pojemników do pobierania krwi.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 9 do SWZ, § 6 ust. 2

Czy zamawiający zaakceptuje zestawy pojemników, gdzie informacja dotycząca daty ważności pojemnika znajduje się na etykiecie pojemnika macierzystego zestawu widocznej przez przejrzyste opakowanie jednostkowe zestawu?

Zestawy takie są z powodzeniem używane przez Centra Krwiodawstwa w Polsce, również przez Zamawiającego.

Odp. pyt.1 **Nie, Zamawiający wymaga daty ważności na każdym pojemniku zestawu.**

Pytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 1, pkt. 12

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy pojemników zawierających etykiety, na których skład płynu podany jest w języku łacińskim?

Zestawy takie są z powodzeniem używane przez Centra Krwiodawstwa w Polsce, również przez Zamawiającego.



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W OPOLU

45 - 372 Opole, ul. Kośnego 55
tel. centrala 77 4410 600, 774410700
sekretariat 77 4410 820, fax 774410821

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000009878 Regon: 000292103 NIP: 754-25-54-112

Odp. pyt. 2 Tak, Zamawiający zaakceptuje zestawy pojemników zawierających etykiety, na których skład płynu podany jest w języku łacińskim, jednocześnie prosi o certyfikat w języku polskim do każdego zamówienia.

Pytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie 2, pkt.14

Czy Zamawiający zaakceptuje zestawy pojemników zawierających etykiety, na których skład płynu podany jest w języku łacińskim?

Zestawy takie są z powodzeniem używane przez Centra Krwiodawstwa w Polsce, również przez Zamawiającego.

Odp. pyt.3 Tak, Zamawiający zaakceptuje zestawy pojemników zawierających etykiety, na których skład płynu podany jest w języku łacińskim, jednocześnie prosi o certyfikat w języku polskim do każdego zamówienia.

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.

Sporządziła : Hanna Siuta
