

Tarnów, dnia 03.07.2020r.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.46. 2410 /2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. pakiet nr 16:

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy do naczyń wieńcowych pokryty lekiem Syrolimus bez nośnika polimerowego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 16:

Czy Zamawiający dopuści dawkę leku 1,27ug/mm2 bez dodatków syntetycznych wiążących ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Jlu