



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak

SPZZOZ/42/1/20

Data

Gryfice, 08.09.2020r.

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr 42/20 na: „Dostawę i montaż sprzętu medycznego oraz drobnego wyposażenia w ramach projektu "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem” cz.VII”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający przytacza odpowiedzi i udziela odpowiedzi:

Dotyczy załącznika 1.7

Pkt 2.4 - 2.9; 2.11; 2.13, 2.15

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego:

- automatyczną mikroprocesorową kontrolę temperatury grzania 4 x/1 sekundę i dostosowanie temperatury grzania do temperatury płynu i wielkości przepływu
- przepływ do 30 litrów/1 godzinę, bez pomiaru aktualnego przepływu i podanej objętości i całkowitej objętości płynu, która jest obliczana na podstawie zużytych worków z płynami
- temperaturę wyjściową płynu w zakresie 33-41C w zależności od wielkości przepływu i temperatury płynu na wejściu.
- stałą nastawioną temperaturę grzania 41C co wyklucza błędy personelu.
- proste podłączenie i gotowość do pracy w czasie krótszym niż 2 minuty
- bezawaryjną pracę i wymagającego dokonania przeglądu 1 raz w roku niezależnie od ilości przepracowanych godzin
- pracę w warunkach 10-85% wilgotności względnej z certyfikatem IEC60601-1 jako urządzenie klasy I typu B

ODP.: Zamawiający dopuszcza.



Dotyczy punktu 2.17; 2.18; 2.19; 2.22

Prosimy o dopuszczenie urządzenia jednoelementowego zawierającego kompresor, 2 komory ciśnieniowe, z automatyczną autokontrolą wypełnienia komór, montowanego na zwykłym stojaku do kroplówek, zapewniającego prędkość przepływu do 30.000 ml na godzinę, operującego w zakresie wilgotności powietrza do 90% wilgotności względnej, zgodnego z AAMI 60601-1 i IEC 60601-1, zapewniającego cichą pracę urządzenia.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pkt 2.26

Prosimy o dopuszczenie kasy grzewczej z pułapką powietrza i łącznikiem bezigłowym do przepływów do 9 litrów na godzinę

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pkt 2.27

Prosimy o dopuszczenie kasy grzewczej z pułapką powietrza i łącznikiem bezigłowym do przepływów do 30 litrów na godzinę

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pkt. 3.6; 3.7; 3.9; 3.10; 3.12; 3.13; 3.14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego:

- wyjściową temperaturę płynu 33-41C w zależności o wielkości przepływu i temperatury płynu na wejściu
- operującego w zakresie temperatury początkowej płynu 5-37C
- operującego w zakresie wilgotności powietrza do 90% wilgotności względnej, zgodnego z AAMI 60601-1 i IEC 60601-1, zapewniającego cichą pracę urządzenia.
- eliminującego możliwość niepoprawnej instalacji zestawu jednorazowego lub jego braku
- pracującego z kasetami grzewczymi z pułapką powietrza i łącznikiem bezigłowym do przepływów do 9 litrów na godzinę o objętości wypełnienia 39-44 ml

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Punktu 4; 4,3; 4,5; 4,6; 4,9; 4.10; 4.15; 4.19; 4.20; 4.22; 4.25; 4.27

Prosimy o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta:

- przy użyciu koców na ciepłe powietrze, przeznaczone do stosowania w odpowiednio dobranymi pojedynczymi kocami dla indywidualnego pacjenta
- z podstawą jezdną na 4 kołach z blokadą wszystkich kół z przestrzenią załadowniczą na kołdzy
- z ergonomicznym uchwytem do przenoszenia , przesuwania, umieszczonym na dogodnej wysokości
- o ciężarze 7,3 kg
- o wymiarach: 33 cm wysokości x 33 cm głębokości x 36 cm szerokości
- zapewniającego osiągnięcie temperatury roboczej w czasie 2–5 minut (zależy od modelu koca) - czas potrzebny do rozgrzania temperatury powierzchni kontaktowej od wartości 23°C do 37°C
- z antybakteryjnym i antywirusowym filtrem powietrza MERV 14 przeznaczonym do urządzeń medycznych pracujących w warunkach sali operacyjnej
- z licznikiem przepracowanych godzin i wymianą wymaganym przeglądem, wymianą filtra co 500 godzin pracy zgodnie z instrukcją obsługi



- z 15 kocami pod całego pacjenta w rozmiarze zgodnym oraz kocami do ogrzewania torsu i ramion w rozmiarze 198 x 61 cm
- z kocami na pacjenta wykonanymi z warstwy foliowej chroniącej przed utratą ciepła po odłączeniu urządzenia ogrzewającego.

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7

Załącznik 1.7

Pkt. 1.6

Prosimy o dopuszczenie urządzenia fabrycznie nowego z roku produkcji 2019.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt. 3

Prosimy o wydzielenie pkt. 3 Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych – 3 szt. do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pkt. 3.7

Prosimy o dopuszczenie temperatury grzania na wyjściu na poziomie +36°C do +41°C przy przepływie do 150 ml/min, i temp. Wejściowej płynu +1°C do +33°C

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pkt. 3.8

Dopuszczenie urządzenia z wyświetlaczem kolorowym LCD pokazującym stan zasilania i temperaturę podawanego płynu, wizualny alarm przekroczenia temperatury płynów

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

3.12

Prosimy o dopuszczenie ochronności na poziomie IPX1

ODP.: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 3.14

Prosimy o dopuszczenie objętości wypełnienia 7 ml

ODP.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 2 Chłodnie i zamrażarki farmaceutyczne

Chłodnie farmaceutyczne – 4 szt.

1 Czy Zamawiający dopuści chłodnie o wymiarach 635 x 630 x 1990 mm (SzXGxW) i pojemności 430 litrów?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Chłodziarka farmaceutyczna do przechowywania leków lub resztek poprzetoczeniowych krwi – 4 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 600 x 615 x 850 mm (SzXGxW) i pojemności 154 litrów?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-C A D Y R E K T O R A
ds. ekonomicznych
SPZZOZ w Gryficach

Piotr Soltysiński