



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12  
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl  
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna 25.09.2019

Meden - Inmed Sp. z o.o.  
ul. Wenedów 2  
75-847 Koszalin

## WEZWANIE DO WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA TREŚCI OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości **poniżej** progu równowartości w złotych polskich 221.000 EURO- **Dostawa aparatury medycznej (m.in. automatyczna myjnia endoskopowa, myjka ultradźwiękowa, ssak chirurgiczny, pompa kolonoskopowa, aparat elektrochirurgiczny, videogastroskop, wózek endoskopowy, szafa do przechowywania endoskopów, wózek do przewożenia chorych, bronchofibroskop, aparat USG, zestaw do hydroterapii). Znak sprawy: PN- 46/2019.**

Na podstawie art. 87 Ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018.1986 r. tj. z dnia 16.10.2018) w związku z wątpliwościami, które wzbudziła treść Państwa oferty w toku jej oceny i badania, prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących następującej kwestii:

Dotyczy zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ, Zadania (Pakietu) nr 12: Zamawiający w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne” wymagał w części dotyczącej wirówki do masażu wirowego kończyn górnych – min. 10 dysz z regulacją kierunku strumienia, natomiast Wykonawca zaoferował 44 dysze bez kierunku strumienia, co potwierdza ten fakt załączony do oferty katalog. Również w części dotyczącej wirówki do masażu wirowego kończyn dolnych – Zamawiający wymagał min. 16 wirowych dysz do hydromasażu z regulacją kierunku strumienia – Wykonawca zaoferował 38 dysz bez kierunku strumienia, co potwierdza ten fakt załączony do oferty katalog. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy Państwa oferta spełnia wszystkie bez wyjątku wymagania postawione przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym w **Pakiecie nr 12** (na potwierdzenie powyższego prosimy o przedstawienie stosownych dokumentów).

Proszę o przekazanie wyjaśnień w formie elektronicznej (poprzez platformę zakupową) w terminie **do dnia 27/09/2019 r.** Powyższe wyjaśnienia składają Państwo przy pełnej świadomości ewentualnej odpowiedzialności karnej za składanie wprowadzających w błąd Zamawiającego oświadczeń woli w celu uzyskania zamówienia publicznego. Podstawa prawna art. 297 §1 kodeksu karnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego, specjalistycznego badania dostarczonego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, także z użyciem biegłych.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:  
Katarzyna Wróblewska  
Tel /faks (22) 711-90-37  
Adres e-mail: inwestycje@stocer.pl

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI  
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI  
„STOCER” Sp. z o.o.

Piotr Papaj