

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Dostawa elektrolizera wodoru.**  
Numer referencyjny postępowania: **BS/06/2023.**

Niniejszym informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści Zaproszenia do złożenia oferty, w następującym zakresie:

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający chce zakupić generator wodoru o wydajności 3000 ml/min czy 300 ml/min?*

**Odpowiedź:**

Minimalna wymagana wydajność generatora wodoru wynosi 3000 ml/min.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zmienia się treść Zaproszenia do złożenia oferty, numer referencyjny postępowania BS/06/2023, w następującym zakresie:

**Część III pkt 1 ppkt 2), dotychczasową treść:**

*2) Wydajność: w zakresie od 0 do 3000 ml/min;*

**zmienia się na:**

*2) Wydajność: nie mniej 3000 ml/min;*

**Załącznik nr 2 (Formularz Specyfikacji Technicznej), tabela parametrów technicznych, wiersz 2 „Wydajność”, kolumna „Wymagane, minimalne wartości”, dotychczasową treść:**

*w zakresie od 0 do 3000 ml/min*

**zmienia się na:**

*nie mniej 3000 ml/min;*

Podpisał:

mgr inż. Wojciech KARSZNIA – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych