

Zamawiający:

Gdańsk, dnia 12.10.2023 r.

KWP w Gdańsku

Sekcja Zamówień Publicznych

Znak sprawy – 31/2023

Cp.2380.1-31/2023

Dotyczy: DOSTAWA MATERIAŁÓW TECHNIKI POLICYJNEJ I TESTÓW
NARKOTYKOWYCH DO WSTĘPNEJ IDENTYFIKACJI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I
SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH W WARUNKACH POLOWYCH NA POTRZEBY
JEDNOSTEK POLICJI GARNIZONU POMORSKIEGO

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00426776 z dnia 2023-10-04

oraz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00440751 z dnia 2023-10-12

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023.1605 z póź. zm.) – dalej: ustawa Pzp, potencjalny wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1.

'Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie w zadanie 1 produkt równoważny przez dodawanie, „..... uległo samoistnemu wyschnięciu (tulejka z otwartym końcem/dnem), lub np. wykonana z miękkiego tworzywa umożliwiającego łatwe obcięcie końcówki tulejki.”

Obecnie sformułowany opis ogranicza zasadę uczciwej konkurencji (Artykuł 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) i prowadzi do preferowania przez Państwo jednego producenta’.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza w zad nr 1 ofert równoważnych.

Tulejka na jednorazową wymazówkę musi być tak skonstruowana (z otwartym końcem) aby naniesiony na podłoże materiał biologiczny uległ samoistnemu wysychaniu.

Wymazówki wykonane nawet z miękkiego tworzywa umożliwiające łatwe odcięcie końcówki tulejki zmuszają do używania za każdym razem stosownego narzędzia (nożyczki bądź skalpel), a więc dokonywania dodatkowej czynności na którą nie ma czasu podczas przeprowadzania oględzin na miejscach zdarzeń. Nadto mogą doprowadzić do kontaminacji (zanieczyszczenia) materiału badawczego, co w konsekwencji spowoduje zniszczenie czasem jedyne go zabezpieczanego śladu na miejscu zdarzenia.

Pytanie nr 2

'Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą dopuszczenie w zadanie 1, wymazówki z długość patyczka z korkiem bez próbówki max. 165m'.

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza w zad. nr 1 wymazówki o długości patyczka z korkiem bez próbówki max. 165 cm.

Jednocześnie Zamawiający – KWP w Gdańsku poprawia zapis w komparycji projektu umowy, tj. w zał. nr 5a i 5b.

Było:

(...) , w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury zakupowej w oparciu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „PZP” (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści (...).

Jest:

(...) , w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury zakupowej w oparciu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez

negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, zgodnie z art. 275.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części „PZP” (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zmianami), została zawarta umowa o następującej treści (...).

W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 5a i 5b.

Ponadto Zamawiający - KWP w Gdańsku zgodnie z art. 286, ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że zmienia termin:

- składania ofert do dnia 17.10.2023 r., do godz. 09:30
- otwarcia ofert dnia 17.10.2023 r., o godz. 10:00
- związania ofertą do dnia 15.11.2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

st. specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Longina Grzegórska

Wykonano w 1 egz.: przesłano poprzez Platformę Zakupową
https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.