

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatury do oznaczania parametrów immunologicznych, biochemicznych, hematologicznych, chemicznych moczu, znak ZP/09/2022

Działając na podstawie art. 135 ust 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
	Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- formularz cenowy	
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla testów immunologicznych oznaczanych w mniejszych ilościach w okresie obowiązywania umowy, zaoferowana ilość odczynników była zgodna z terminem ważności serii odczynnika podanej przez producenta na każdym opakowaniu testu bez uwzględniania stabilność odczynnika na pokładzie analizatora ?	Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, w których to nie wymaga uwzględnienia stabilności odczynników na pokładzie analizatora. Zaoferowana ilość odczynników musi być zgodna z terminem ważności serii odczynników.
2.	Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pierwszym wierszu ostatniej tabeli Formularza Cenowego - Załącznik Nr 2, gdzie precyzuje się Przedmiot Dzierżawy w zakresie zapłaty czynszu dzierżawnego i nie powinien on brzmieć „Dzierżawa analizatorów zgodnie z Załącznikami nr 3-6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia”?	Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka. Zapis w tabeli Formularza cenowego dotyczący dzierżawy (tabela ostatnia) otrzymuje brzmienie: <u>Dzierżawa analizatorów, zgodnie z załącznikiem nr 3-6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia</u>
3.	Prosimy o doprecyzowanie czy kwota brutto, którą należy wpisać w punkcie nr 1 Formularza Ofertowego- Załącznik nr 1, ma również zawierać wartość dzierżawy wyliczoną w ostatniej tabeli Formularza Cenowego - Załącznik Nr 2?	Zamawiający potwierdza, że cena zawarta w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) powinna zawierać również wartość dzierżawy. W Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nadaje się numer 15 tabeli <u>Przedmiot dzierżawy.</u> Zapis zawarty pod tabelą otrzymuje brzmienie: UWAGA: Suma wartości netto i brutto tabel od Nr 1 do Nr 15 stanowi cenę przedmiotu zamówienia, którą należy wpisać w formularzu ofertowym.

		Zmieniony załącznik nr 2 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
4.	Czy w Formularzu Ofertowym należy dopisać cenę netto przedmiotu zamówienia tak aby spełnić wymaganie znajdujące się w Załączniku nr 2 „Suma wartości netto i brutto tabel od Nr 1 do Nr 14 stanowi cenę przedmiotu zamówienia, którą należy wpisać w Formularzu ofertowym”.	Zamawiający nie wymaga zapisania w formularzu ofertowym ceny netto. Wartość netto należy wskazać wyłącznie w formularzu cenowym.
5.	Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ Immunologia Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w Zakresie A w Załączniku nr 3 do SWZ Immunologia w części dotyczącej ilości wymaganych analizatorów immunologicznych? Zamawiający wyszczególnił parametry wymagane tylko dla jednego analizatora immunologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Immunologii wymagane jest zaoferowanie jednego analizatora.	Zamawiający potwierdza, że popełnił omyłkę pisarską i wymaga zaoferowania jednego analizatora immunologicznego. W tytule tabeli dokonuje się poprawienia w/w omyłki. Tytuł tabeli otrzymuje brzmienie: <i>DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO.</i> Zmieniony załącznik nr 3 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
6.	Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ- Biochemia Pyt. Nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny główny zużywający <20L wody na godzinę wraz ze stacją uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator?	Zamawiający dopuści analizator biochemiczny zużywający <20 litrów wody na godzinę pod warunkiem zaoferowania adekwatnego do tego analizatora, systemu uzdatniania wody.

Jednocześnie, w oparciu o art. 137 ust. 1, Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku nr 12 do SWZ – wzór umowy.

W §11 ust. 1 pkt 5 umowy, zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie: *zmiany poziomu kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 5% wartości umowy, określonej w §4 ust. 1 pkt 4).*

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.
Data wyk.: 15.09.2022 r.