



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 28.02.2023 r.

dotyczy: w trybie podstawowym bez negocjacji w postępowaniu na sukcesywne dostawy osprzętu do zabiegów laparoskopowych, materiałów eksploatacyjnych do endoskopów oraz wyrobów medycznych, znak ZP/04/2023

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zakres 4: Poz.1. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazową elektrochirurgiczną o śr. 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli jednorazowej elektrochirurgicznej o śr. 10 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
2.	Zakres 4: Poz.1. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazową elektrochirurgiczną bez funkcji rotacji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
3.	Zakres 4: Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazową elektrochirurgiczną o śr. 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli jednorazowej elektrochirurgicznej o śr. 25 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
4.	Zakres 12. Czy Zamawiający dopuści jednorazową klipsownicę hemostatyczną endoskopową z rotacyjną rękojeścią, długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm, bez porty infuzyjnego?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
5.	Dotyczy Formularza asortymentowo- cenowego- Załącznik nr 2 do SWZ Czy Zamawiający w zakresie 2, poz. 1. dopuści igłę o średnicy cewnika 2,3 mm?	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zakresie 2, poz. 1. igłę o średnicy cewnika 2,3 mm.
6.	Dotyczy Formularza asortymentowo- cenowego- Załącznik nr 2 do SWZ Czy z uwagi na wycofanie z produkcji szczotek wielorazowego użytku, Zamawiający dopuści w zakresie 2, poz. 2 oraz 3 szczotki czyszczące jednorazowego użytku?	Jeśli Wykonawca ma na myśli pozycje 3 i 4 to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczotek opisanych w pytaniu.
7.	Dotyczy zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy § 4 ust.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by asortyment jednorazowego użytku dostarczany przez Wykonawcę posiadał termin przydatności nie krótszy niż 9 miesięcy, licząc od daty dostawy ?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
8.	Dotyczy zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy § 4 ust.11: Prosimy o następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad w ciągu 7 dni od uznania zasadności reklamacji Zamawiającego”.	§ 4 ust.11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: <i>Wykonawca zobowiązuje się do wymiany asortymentu wadliwego na asortyment wolny od wad w ciągu 7 dni od daty uznania zasadności reklamacji Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że procedura reklamacyjna nie będzie trwała dłużej niż 14 dni.</i>

9.	Dotyczy zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy § 5 ust.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia przedmiotowej umowy w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresów wypowiedzenia), jeżeli Wykonawca, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, nie wymieni wadliwego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 7 i 9 ze skutkami określonymi w § 10 ust. 4 niniejszej umowy	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
10.	Dotyczy zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy § 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, bądź realizacji zamówień z obowiązkiem przedpłaty w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
11.	Dotyczy zapisów umowy paragraf 9 ustęp 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony do 20% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy?	Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
12.	czy Zamawiający dopuści Zakres 11, poz. 1 Klipsy polimerowe niewchłaniające, zamykające naczynie w zakresie 360 stopni niewidoczne w rtg, rozmiar klipsów L (duży) (oka struktur 5-13mm) 1 opakowanie = 84 klipsy?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
13.	Część 7 Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną do elektrochirurgii (pasującą do aparatu EMED Spectrum), dla dorosłych i dla dzieci, owalna, dzielona, hydrożelowa, rozmiar 176x122mm, z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikację, z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
14.	Zakres 2 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm i 0,7 mm – do wyboru.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaferowanie w pozycji 1 zaferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm i 0,7 mm – do wyboru
15.	Zakres 2 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie szczotek o długości 230 cm, na każdej stronie główka o średnicy włosa 6 mm i długości włosa 20 mm.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
16.	Zakres 2 Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaferowanie żelu w tubie zawierającej co najmniej 142 g żelu.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaferowanie żelu w tubie zawierającej co najmniej 142 g żelu
17.	Zakres 4 Czy Zamawiający dopuści zaferowanie pętli o długości 2400 mm.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaferowanie pętli o długości 2400 mm.
18.	Zakres 5 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie staplerów w rozmiarze 26, 29, 32 i 34 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, uchwyt o konstrukcji antypoślizgowej.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
19.	Zakres 5 Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaferowanie staplerów i ładunków przeznaczonych do tkanki cienkiej (1,0 mm po zamknięciu), standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2,0 mm po zamknięciu), długość linii szwu 85 mm i 65 mm (do wyboru), posiadających po 2 rzędy	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

	zszywek wykonanych w technologii standardowej.	
20.	Zakres 5 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie staplerów o długości linii szwu 65 mm załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,5 mm)	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
21.	Zakres 10 Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1 i 2 zakresu nr 10.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
22.	Zakres 12 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia ramion 16 mm, bez portu infuzyjnego.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
23.	Zakres 4 Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli jednorazowej elektrochirurgicznej, owalnej, standardowej, z funkcją rotacji 360 stopni, fi kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 10mm?	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli jednorazowej elektrochirurgicznej, owalnej, standardowej, z funkcją rotacji 360 stopni, fi kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 10mm
24.	Zakres 4 Poz. 2-3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli jednorazowej elektrochirurgicznej, owalnej, standardowej, bez funkcji rotacji parametry zgodne z SWZ.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
25.	Zakres 12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowej klipsownicy hemostatycznej endoskopowej z rotacyjną rękojeścią, długość robocza 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni, długość ramion 16 mm.	Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klipsownicy o parametrach opisanych w pytaniu.
26.	Zakres 8 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod z kablem o dł. 3m prosimy o dopuszczenie elektrod dla pacjentów o wadze powyżej 15 kg w przypadku spełniania pozostałych wymogów.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
27.	Zakres 8 Poz. 1 - 6 Prosimy o podanie modelu generatora oraz oddymiacza	Emed spectrum Visi clear CONMED buffalo filter

Z poważaniem

Członek Zarządu
Iwona Topka

Wyk. K.T.
Data wyk.: 28.02.2023 r.