



Wrocław, dnia 19.05.2023 r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-127/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę stojaków do kroplówek i komplet pasów .

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek w górnej części chromowany ,a w dolnej części malowany proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza stojak do kroplówek w górnej części chromowany ,a w dolnej części malowany proszkowo

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści stojak kroplówki z podstawa o średnicy 55cm

Odp. Zamawiający dopuszcza stojak kroplówki z podstawa o średnicy 55cm

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ.

Stojak dla kroplówek, pięcionóg z kółkami jezdnyimi, natomiast regulacja wysokości wieszaka to łatwa czynność, przez zastosowaniu praktycznego układu zaciskowego.

Produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej, pokryty jest farbą proszkową.

Wysokość: min. 1100 – max. 2100 mm

Średnica podstawy: 600 mm

Odp. Zamawiający dopuszcza stojak jak w/w.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i Zamówień Publicznych
Romana Komora



INSPEKTOR
ds. Zaopatrzenia Medycznego
Karolina Romanowska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl