



**POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU**
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



**UNIA
EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
ROZWOJU
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
Narodowa
Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
www.pogotowie-ratunkowe.pl	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142 KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 07.03.2023 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/5/2023**

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

„Zakup akcesoriów medycznych oraz środków ochrony osobistej dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”

(2023/BZP 00122820/01 z dnia 2023-03-06)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 t.j.) - dalej ustawa Pzp, przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

Załącznik 3.1 pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o klasie wyrobu medycznego IIB?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza, jeśli pozostałe parametry są zgodne z SWZ.

Pytanie nr 2:

Załącznik 3.3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w zawartości protein max 33µg/g?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Załącznik 3.3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe będące wyrobem medycznym, na 8% stawce VAT?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4:

Załącznik 3.1: Elektrody

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody wielofunkcyjne pediatryczne - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm² (102cm² dla pary), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wskazanie jednego rozmiaru elektrody mogłoby wskazywać jednego producenta i mogłoby stanowić ograniczenie konkurencyjności. Zamawiający pozostaje przy zapisie SWZ.

Pytanie nr 5:

Załącznik 3.1: Elektrody

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm² (204cm² dla pary), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Wskazanie jednego rozmiaru elektrody mogłoby wskazywać jednego producenta i mogłoby stanowić ograniczenie konkurencyjności. Zamawiający pozostaje przy zapisie SWZ.

Pytanie nr 6:

Informuję, że umowa jest skonstruowana na dostawę leków, farmaceutyków. Zwracam się z prośbą o ewentualną modyfikację treści umowy na odpowiednią dla dostaw wyrobów medycznych

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ oraz projektu umowy zgodnie z informacją o modyfikacji.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ**.

Anna Koniec
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno -
Organizacyjnych

.....
podpis Kierownika Zamawiającego (w oryginale)