

Katowice, dn.16.03.2020r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację pomieszczeń po byłej kotlewni dla potrzeb Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz z dostarczeniem wyposażenia – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nr sprawy: ZP-20-004BN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843*), udzielam następujących odpowiedzi :

Pytania:

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy dokumentacji przetargowej zwracam się z następującymi pytaniami:

1. W pomieszczeniu kotlewni znajdują się czernie i kanały wentylacyjne obsługujące inne pomieszczenia szpitala. Czy należy je przenieść w inne miejsce? Jeśli tak to proszę o wskazanie nowej lokalizacji.

Odpowiedź: Kanały wentylacyjne znajdujące się w kotlewni są nieczynne. Należy je usunąć.

2. W PFU podano napisano o zatrudnionych 4 osobach personelu i zmianach 8 godzinnych. Natomiast w załączonej koncepcji napisano o personelu max. 3 osoby. Proszę o doprecyzowanie ilości osób przewidzianych do pracy w laboratorium oraz długości jednej zmiany.

Odpowiedź: Praca w Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek odbywa się w systemie 1-zmianowym w godzinach 7:00 – 14:35. Jednak personel Pracowni dodatkowo wykonuje pracę w soboty oraz w godzinach popołudniowych i nocnych, jeżeli zachodzi potrzeba wynikająca z procedur transplantacyjnych (separacja komórek, dystrybucja materiału przeszczepowego z zewnętrznego ośrodka). Personel Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek liczy 4 osoby. Przewiduje się, że w pomieszczeniach, o których mowa jednocześnie będą przebywały max 3 osoby. Niestety Zamawiający nie jest w stanie określić długości pracy personelu, ponieważ będzie to zależało od indywidualnych procedur, które będą się tam odbywały.

3. W związku ze znacznym stopniem skomplikowania oferty na realizację całości zadania proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 31 marca 2020r.

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 11.03.2020r. wydłużył termin składania i otwarcia ofert do 31.03.2020r. – zamieścił na stronie internetowej informację dotyczącą zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mieleckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa MOŁEK