



Wałbrzych, dnia 27.02.2020 r.

DZPZ-530-Zp/73/PN-71/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa Systemu do neuronawigacji” – Zp/73/PN-71/19

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

1.10 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dostarczający dostarczy dodatkową niezależną stację planowania wyposażoną w dedykowaną klawiaturę i myszkę oraz pełne oprogramowanie do planowania zabiegów neurochirurgicznych w obszarze głowy oraz kręgosłupa oparte o syntetyczny atlas anatomiczny?

Odp.: Zamawiający uzna

Pytanie 2:

1.28 Zamawiający w odpowiedzi na pytania opublikowane w dniu 27 stycznia usunął punkt opisujący powyższe rozwiązanie – argumentując, iż nie ma on wpływu na pracę i funkcjonalność nawigacji, a jest bezpośrednio powiązany z pkt 1.29 opisującym stojak/uchwyt konsoli sterującej wiertarką z segregatorem wiertel i awaryjnym zasilaniem – który, notabene, również został w dniu 27 stycznia usunięty z SIWZ. Pragniemy zwrócić uwagę, iż jest to urządzenie 3-cie nie będące częścią systemów nawigacji – a pozostawienie takiego zapisu w specyfikacji narusza w naszych oczach zasady uczciwej konkurencji. Prosimy więc o usunięcie pkt 1.28 oraz 1.29 ze specyfikacji.

Odp.: Zamawiający usuwa pkt. 1.28 oraz 1.29 z załącznika nr 1 do SIWZ

Pytanie 3:

1.37 W odpowiedzi na pytania z 04 lutego w pytaniu 23 zamawiający odpowiada, iż posiada kompatybilną ramę Mayfield – w pytaniu 24 wymaga jednak dostawy nowej ramy. Czy w sytuacji, gdy posiadaną ramą jest kompatybilna z oferowanym systemem zamawiający w dalszym ciągu wymaga dostawy dodatkowej ramy Mayfield?

Odp.: Zamawiający wymaga dodatkowej ramy Mayfield.

Pytanie 4:

W odpowiedzi na pytanie 15 z dnia 04 lutego zamawiający stawia wymóg zaoferowania rozbudowy systemu o robota do wykonania biopsji mózgu. Z racji, iż jest to dodatkowe, niezależne urządzenie nie będące celem zakupu w postępowaniu Zp/73/PN-71/19 zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu „zamawiający wymaga“ na „zamawiający oczekuje“.

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania możliwości (późniejszej) rozbudowy systemu o robota do wykonania biopsji mózgu.