



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Usługi społeczne polegające na wsparciu psychologicznym i terapeutycznych w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów**”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, **przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:**

Pytanie 1.

Dotyczy pakietu 1. Poz. 2. łóżko rehabilitacyjne typ II – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, o wymiarach leża:

- długość: 2000mm,
- szerokość: 900mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy pakietu 1. Poz. 2. łóżko rehabilitacyjne typ II – 2szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko rehabilitacyjne, o wymiarach całkowitych:

- długość: 2140mm,
- szerokość: 1030mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SWZ w zakresie przedmiotowego sprzętu.

Pytanie 3.

Dotyczy pakietu 1. Poz. 4. Koncentrator tlenu – 8szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości koncentrator tlenu o poborze mocy do 320W?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SWZ w zakresie przedmiotowego urządzenia.

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu 1. Poz. 4. Koncentrator tlenu – 8szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości koncentrator tlenu o maksymalnym poziomie generowanego hałasu: do 45dB?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SWZ w zakresie przedmiotowego urządzenia.

Pytanie 5.

Dotyczy pakietu 1. Poz. 20. Taboret pod prysznic z oparciem i uchwytami bocznymi – 10szt.



Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów

projekt nr POWR.02.08.00-00-0063/20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości taboret prysznicowy, którego oparcie pleców nie jest regulowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SWZ w zakresie przedmiotowego urządzenia.