

Sprawa ZP/31/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy koncentratów do dializ*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00405066/01 z dnia 10.07.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Czy zamawiający w **Pakiecie 1 w pozycji 1** dopuści: Koncentrat do dializ kwaśny + Glukoza 1,0 g/l, zawartość jonów K - 1 mmol/l - 4 mmol/l, Ca - 1,25 mmol/l - 1,75 mmol/l. Opakowanie 4,7 litra lub 10 litrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże preferuje koncentraty 5 – 6 l ze względów praktycznych. Zamawiający nie dopuszcza koncentratów o pojemności 10 l.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. 2) ppkt. b):

2) Dostawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona modyfikacji.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec