



Gdańsk, dnia 20 września 2024 r.

nr sprawy: D10.251.81.B.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „**Zakup aparatury i sprzętu medycznego (łóżka do intensywnej terapii, materace przeciwodleżynowe, aparaty USG, aparat do terapii nerkozastępczej, urządzenie do przerywanego ucisku pneumatycznego, wideolaryngoskop, asystor kaszlu)**”

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIŃ TREŚCI SWZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2024

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w Wyjaśnieniach treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 19.09.2024 na pytanie nr 4 z zestawu nr 9 w następujący sposób:

Pytanie nr 4 dot. cz. 7 zadanie 1

pkt. 4 Czas ucisku dla cykli:

- sekwencyjnego 11 sekund wypełnianie i Czas dekompresji na podstawie wykrywania ponownego napełnienia naczyń, który mierzy czas potrzebny do ponownego wypełnienia się krwią żył opróżnionych po cyklu ucisku i **automatycznie** dostosowuje czas następnych cykli ucisku. Kontroler mierzy czas ponownego napełnienia naczyń w obu nogach lub stopach a pomiar jest powtarzany co 30 minut

- jednorodny = stały stopa –ucisk 5 sekund i Czas dekompresji na podstawie wykrywania ponownego napełnienia naczyń, który mierzy czas potrzebny do ponownego wypełnienia się krwią żył opróżnionych po cyklu ucisku i automatycznie dostosowuje czas następnych cykli ucisku. Kontroler mierzy czas ponownego napełnienia naczyń w obu nogach lub stopach a pomiar jest powtarzany co 30 minut

Odpowiedź:

~~Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.~~

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

**Zatwierdził
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski**

Sporządził: Błażej Schulz – inspektor ds. zamówień publicznych