



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskowie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu
78-100 KOŁOBRZEG, ul. Portowa 22
Nr KRS 0000006495; NIP 671-15-54-411; REGON 330904944
Konto bankowe: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie
Nr 19 1130 1176 0022 2122 0720 0001

Kołobrzeg, dnia 27 czerwca 2023 r.

Nr postępowania: 14/2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „**Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskowiego MSWiA w Kołobrzegu z podziałem na 9 zadań**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

zadanie nr 3: dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej nóg – szt. 1

Pytanie nr 11:

dot. pkt 5 OPZ – zal. nr 1.3 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

dot. pkt 9 OPZ – zal. nr 1.3 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 6 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody pozwalająca na dostosowanie parametrów zabiegu do konkretnego przypadku?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

dot. pkt 15 OPZ – zal. nr 1.3 do SWZ

czy zamawiający dopuści pojemność użytkową 57l?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

dot. pkt 17 OPZ – zal. nr 1.3 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę o wymiarach: (dł. x szer. x wys.) 89x88x75cm?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

zadanie nr 4 dostawa i montaż wanny do częściowej kąpieli solankowej rąk – szt. 1

Pytanie nr 15:

dot. pkt 4 OPZ – zal. nr 1.4 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę z tworzywa sztucznego TWS wzmocnionego włóknem szklanym?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

dot. pkt 5 OPZ – zal. nr 1.4 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę wyposażoną w 10 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody pozwalająca na dostosowanie parametrów zabiegu do konkretnego przypadku?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

dot. pkt 12 OPZ – zal. nr 1.4 do SWZ

czy zamawiający dopuści wannę o wymiarach: (dł. x szer. x wys.) 95x110x107cm?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

zadanie nr 8: dostawa defibrylatorów – 4 szt.

Pytanie nr 18

dot. pkt 4 – 5 OPZ – zal. nr 1.8 do SWZ

czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z maksymalną energią 360 J oraz wstępnie zaprogramowaną energią defibrylacji: 200, 300, 360 J dla dorosłych oraz 50, 70, 100 J w trybie pediatrycznym?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

dot. pkt 9 i 11 OPZ – zal. nr 1.8 do SWZ

czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wydający komunikaty głosowe w jednym, standardowym poziomie głośności, nie posiadający komunikatów wizualnych?

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

dot. pkt 12 OPZ – zal. nr 1.8 do SWZ

czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością zgrywania danych za pomocą portu USB?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Pytanie nr 21

dot. pkt 13 OPZ – zal. nr 1.8 do SWZ

czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez dedykowanego wózka na akcesoria? Do urządzenia dołączona zostanie szafka, która jest podstawowym miejscem do przechowywania defibrylatora.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

dot. pkt 17 OPZ – zal. nr 1.8 do SWZ

czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o wymiarach: dł. 210 mm, szer. 286 mm, wys. 78mm?

Odp.: zamawiający wyraża zgodę, dokonując modyfikacji treści SWZ w niniejszym zakresie.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków w następującym zakresie:

1. w zal. nr 1.3 do SWZ dokonuje się modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia (parametrów wymaganych) w następującym zakresie:
 - 1) pkt 17: Wymiary całkowite urządzenia max (dł. x szer. x wys.): 98cm x 90cm x **65**cm, +/- 10cm
 2. w zal. nr 1.4 do SWZ dokonuje się modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia (parametrów wymagalnych) w następującym zakresie:
 - 1) pkt 12: Wymiary całkowite urządzenia max (dł. x szer. x wys.): 900mm x **1000**mm x 970mm, +/-100mm
 3. w zal. nr 1.8 do SWZ dokonuje się modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia (parametrów wymagalnych) w następującym zakresie:
 - 1) pkt 12: Transmisja danych przez podczerwień **lub za pomocą portu USB**
 - 2) pkt 17: Wymiary całkowite urządzenia max.: dł.: 300mm, szer.: **290**mm, wys.: 80mm.
- zmiana nr 1 zal. nr 1.3, 1.4 oraz 1.8 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
/-/lek. med. Maria Pietryk