

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl  
<http://www.spzozwolsztyn.pl>  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 26.01.2023 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/17/2023

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie**”, TP/3/2023

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2022.1710 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. SWZ, pkt 3.4; Zamawiający odstępuje od wymogu montażu i uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi w zakresie pakietu nr 2.
2. załącznika nr 9 do SWZ- wzoru umowy; dot. §11 ust. 9 Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w zakresie pakietu nr 2.
3. załącznika nr 9 do SWZ- wzoru umowy, dot. §11 ust. 12, 13 Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia bezpłatnych przeglądów technicznych sprzętów w zakresie pakietu nr 2,
4. Załącznika nr 3- parametry techniczne:
  - a) Pakiet nr 1, poz. 3, Poz. 11- wózki do przewożenia pacjentów w poz. siedzącej: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z kołami, które są mocowane za pomocą śruby
  - b) **Pakiet nr 3: Łóżka szpitalne elektryczne**, Zamawiający dopuszcza:
    - Pkt.1. Zamawiający dopuszcza łóżka elektryczne o konstrukcji wykonanej z prostokątnych profili stalowych, lakierowanych proszkowo lakierem epoksydowanym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, o innym przekroju profili, ale gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe sięgające 300 kg.
    - Pkt.18, Zamawiający dopuszcza łóżka z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie 30 stopni,
    - Pkt. 37, Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowej z białym głównym warstwowym, laminowanym oraz białym bocznym wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS,
    - Pkt.43, Zamawiający dopuszcza szafki przyłóżkowe z białym bocznym z obrzeżem zatrzymującym płyny i przedmioty przed zsunięciem się ze wszystkich czterech stron,
    - Pkt. 11, Zamawiający dopuszcza łóżko nie posiadające funkcji oświetlenia nocnego
    - Pkt. 5, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 2140 mm.
    - pkt. 12, Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z blokadą magnetyczną na pilocie,
    - Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo oraz białym górnym i bocznym, a także czołami szuflad wykonanymi z płyty HPL.
    - Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 555 x 451 x 875 mm.
    - Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z z regulacją biału bocznego w zakresie 760-1110 mm,
    - Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z półką na obuwię wykonaną z ABS, o wysokości 10 cm,

*Oluf*



WYBRANKING 20  
SZPITALI 19



- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka szpitalnego, którego segment oparcia pleców wypełniony jest jednym panelem wykonanym z HPL,
  - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej o wysokości całkowitej 825 mm,
- c) Pakiet nr 6: Kozetki lekarskie**, Zamawiający dopuszcza:
- Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską wyposażoną w 4 koła i 4 stopki,
  - Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wysokości regulowanej 45 – 95 cm
  - Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o długości 195 cm,
  - Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z pełnym zagłówkiem regulowanym w przedziale - 80° do 45
5. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć: **01.02.2023 r. godz. 10:00;**
6. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć: **01.02.2023 r. godz. 10:15.**

**Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.**

*Z wyrazami szacunku*

**DYREKTOR**

*Karol Mońko*

Załączniki – zmodyf. Załącznik nr 3:  
Pakiet nr 1 wózki do przewożenia pacjentów  
pakiet nr 3- łóżka szpitalne elektryczne,  
pakiet nr 6- kozetki lekarskie regulowane o zwiększonym udźwigu  
zał. Nr 9- wzór umowy

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP



*Oluf*