



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 03.06.2019r.

DZPZ-530-Zp/22/PN-20/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa Lamp bakteriobójczych z osprzętem, zastawek i pierścieni, jednorazowych czujników do pomiaru SpO₂, jednorazowych rękojeści staplera edoskopowego, akcesoriów do aparatu do hemofiltracji PRISMAFLEX, zestawów do nebulizacji, czujników tlenu, układów oddechowych i papierów rejestracyjnych.”

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 1

W nawiązaniu do opublikowanego w/w Postępowania proszę o informację czy Zamawiający dopuści ofertę na lampy bakteriobójcze (pakiet nr 1) z uchwytem mocowanym czterema śrubami do ściany zapewniającym solidne/stabilne umocowanie lampy na ścianie (system sprawdzony w trakcie badań technicznych dopuszczających lampy do stosowania w Służbie Zdrowia) - dotyczy zał. nr 1 do SIWZ pkt 16 lamp ściennych dużych i małych oraz pkt 19 lamp ściennych dwufunkcyjnych. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 1

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Postępowania proszę o informację czy Zamawiający dopuści ofertę na lampy bakteriobójcze (pakiet nr 1) z uchwytemi ściennymi z systemem mocowania za pomocą czterech wkrętów, zapewniających efekt solidnego/stabilnego umocowania lampy na ścianie (system sprawdzony i zaakceptowany w trakcie badań dopuszczających lampy do stosowania w Służbie Zdrowia) - dotyczy zał. nr 1 pkt 16 lamp ściennych dużych i małych oraz pkt 19 lamp ściennych dwufunkcyjnych

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia minimum 1 próbki do pozycji 1 i 2 w pakiecie 3 w celu weryfikacji parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 3

Mając na uwadze szczególnych pacjentów – noworodki dla jakich są m.in dedykowane czujniki czy Zamawiający będzie wymagać aby sensory w pakiecie 3 cechowały się minimum dokładnością (%SpO₂) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO₂ potwierdzoną w dokumentach rejestracyjnych lub w



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

instrukcji obsługi zaoferowanych czujników?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane czujniki do pomiaru Sat. O2. Technologii Nellcor.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający oczekuje w zakresie pakietu 3 aby fotodetektor czujników oraz zasilające go przewody były zabezpieczone miedzianą osłoną Faradaya w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w zabezpieczenie.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby czujniki w integralnym opakowaniu posiadały sześć naklejek do mocowania czujnika w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Słazka