

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania na dostawy materiałów opatrunkowych (postępowanie nr 5/2021)

W związku z wpływieniem od Wykonawcy wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Pakiet 6

Poz. 1 - 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek elastyczny, poliestrowy, powleczony srebrem nanokrystalicznym? Takie rozwiązanie zapewnia znacznie większą biodostępność srebra w miejscu zakażenia i wykazuje szybszy efekt terapeutyczny.

Odp. Tak.

Pyt. 2

Pakiet 6

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 5cm.

Odp. Tak.

Pyt. 3

Pakiet 6

Poz. 8 – 10 Czy Zamawiający dopuści opatrunki bez warstwy przylepnej?

Odp. Nie.

Pyt. 4

Pakiet 6

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5cm x 5cm lub 6cm x 12cm?

Odp. Dopuszcza 5cm x 5cm.

Pyt. 5

Pakiet 6

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 12cm?

Odp. Tak.

Pyt. 6

Pakiet 6

Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12cm x 12cm?

Odp. Tak.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 4, 5, 6, 7, 8): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 8

Czy Zamawiający wydzieli z grupy 2 pozycje: 4,5,6,7,8 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w sprzedaży pieluchomajtek dla dorosłych. Wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu będzie z korzyścią dla Zamawiającego, gdyż w ten sposób otrzyma większą ilość konkurencyjnych ofert.

Odp. Nie.

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 7): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

Odp. Nie.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 7): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

Odp. Nie.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 8): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 13-20kg?

Odp. Nie.

Pyt. 12

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 13

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odp. Nie.

Pyt. 14

Czy Zamawiający pisząc w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 3): „wkład chłonny z dodatkową warstwą w okolicy krocza oraz warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu i chroniącą przed zawilgoceniem” ma na myśli produkty posiadające system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pyt. 15

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomach chłonności: pozycja 1 – 2600g; pozycja 2 – 2700g; pozycja 3 – 2400g -

należy zauważyć, iż przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.

Odp. Nie wymaga, zgodnie z SWZ.

Pyt. 16

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodach w pasie: pozycja 1 – co najmniej 140 cm; pozycja 2 – co najmniej 160 cm; pozycja 3 – co najmniej 110 cm?

Odp. Poz. 1 – L – 100-150cm, poz. 2 – XL – 130-170cm, poz. 3 – M – 75-110cm.

Pyt. 17

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 2, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Tak.

Pyt. 18

Grupa 1

Poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opaskę gipsową o czasie formowania 2-4 min?

Odp. Tak.

Pyt. 19

Grupa 1

Poz. nr 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania wate celulozowa w arkuszach w rozmiarze 37 x 57 cm, bielona, w opakowaniu 3 x 5 kg, która jest wyrobem higienicznym?

Odp. Nie.

Pyt. 20

Grupa 6

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 5cm?

Odp. Tak.

Pyt. 21

Grupa 6

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2cm?

Odp. Tak.

Pyt. 22

Grupa 6

Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 8cm?

Odp. Tak.

DYREKTOR
Bogumił Kurowski