

Grodzisk Wielkopolski, dnia 18 września 2023 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2302.03.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (- Opis wymaganego parametru), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1 Dotyczy: załącznika nr 1 "opis przedmiotu zamówienia" - Cechy Aparatu.
parametr nr 10 "Możliwość wykonania pomiaru z krwi pełnej, surowicy, osocza" Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z możliwością wykonywania pomiaru z krwi pełnej?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z możliwością wykonywania pomiaru z krwi pełnej.

Pytanie nr 2 Dotyczy: załącznika nr 1 "opis przedmiotu zamówienia" - Cechy Aparatu.
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator był dostępny do pracy minimum 23,5h na dobę, tj. czas wymaganych kalibracji był krótszy niż 30 minut na dobę?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany analizator był dostępny do pracy minimum 23,5 godz. na dobę.

Przygotował:

- Agnieszka Linkiewicz-Mendel
we współpracy-po konsultacji z:
- Agata Cebula