



Poznań, dnia 03.09.2024 roku

Oznaczenie sprawy: PN-61/24

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę zestawów minihisteroresektoskopowych <15 Fr-4szt., zestawów minihisteroresektoskopowych <19 Fr – 5 szt., zestawu do
cystoskopii – 1 szt., cieplarki – 1 szt. wraz z montażem i szkoleniem

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

- 1) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wyświetlacz LCD z dostępem do menu tekstowego zapewniającego wygodny wybór ustawień i preferencji Użytkownika?
- 2) Czy Zamawiający wymaga, aby System grzewczy oparty był na ogrzewaniu ciepłym powietrzem, bez udziału elementów grzewczych umieszczonych bezpośrednio pod butelkami z ogrzewanym płynem? Rozwiązanie to zapewnia równomierny rozkład ciepła i zabezpiecza Pacjenta przed podaniem przegrzanego lub nierównomiernie ogrzanego płynu infuzyjnego.
- 3) Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało opcja przyspieszającą ogrzewanie wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury (BOOST), co umożliwiałoby szybsze osiągnięcie wymaganej temperatury płynów np. w przypadku nagłego użycia całego wsadu umieszczonego w cieplarce?

Odpowiedź:

- Ad. 1. Zgodnie z SWZ
Ad. 2. Zgodnie z SWZ
Ad. 3. Zgodnie z SWZ

