



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04  
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



AZ.26.1287.2023

Warszawa, dnia 28.09.2023 r.

**Dot. Zapytania ofertowego nr 33/23 „Dostawa specjalistycznego sprzętu okulistycznego - perymetru”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania Zamawiający publikuje ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem, niniejszym zwracamy się prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:  
Czy Zamawiający dopuści perymetr o parametrach jak poniżej:  
Rodzaj pracy: statyczno-kinetyczny  
Perymetr z wbudowaną jednostką komputerową, sterowany poprzez ekran dotykowy  
Typ czaszy: hemisferyczna o promieniu 30 cm  
Szerokość badanego pola: co najmniej 100°  
Rodzaj bodźca: czołowa projekcja LED  
Dostępne kolory bodźca: zielony, czerwony, niebieski, biały  
Rozmiar bodźca: Goldmann I do V  
Jasność bodźca: w zakresie 0,03 asb do 10000 asb  
Możliwość regulacji czasu trwania bodźca w zakresie co najmniej 0.1 do 9.9s  
Możliwość regulacji czasu odpowiedzi pacjenta w zakresie co najmniej 0.1 do 9.9s  
Możliwość regulacji czasu pomiędzy prezentacjami bodźca co najmniej 0.1 do 9.9s  
Kontrola położenia oka: cyfrowe śledzenie oka za pomocą kamery CCD oraz metodą Heijl-Krakau  
Dostępne co najmniej trzy punkty fiksacyjne: centralny – zielony 565nm, 30 stopni – czerwony 660nm, dołek – czerwony 700nm  
Dostępne pola testowe w standardowych testach statycznych: Full 50°, Glaucoma 22°/50°, Central 30°, Central 22°, Wide 22°/30°, Peripheral 30° do 50°, Macula 10°, Driving 50°/80°  
Dostępne pola testowe w testach kinetycznych: Kąty meridian od 0° do 360° z krokiem co 1°, przy co najmniej 1-8 izopter, prędkość bodźca regulowana - 2°/s, 4°/s, 6°/s, 8°/s  
Elektrycznie regulowana wysokość podbródka  
**Odpowiedź: Zamawiający opublikował opis przedmiotu zamówienia składający się z konkretnych parametrów. Wykonawca przesłał jedynie opis własnego perymetru, bez odniesienia do parametrów Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie porównać aparatu zaproponowanego z wymaganym i nie dopuszcza perymetru zaproponowanego przez Wykonawcę, chyba, że spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie odpowiadał za integrację z systemem PACS? Urządzenie które chcielibyśmy zaoferować ma możliwość podłączenia DICOM / PACS, ale integracja wymaga także udziału firmy wdrażającej ten system u Państwa. Zatem samodzielnie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego procesu.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca prześle wszystkie niezbędne dane służące do integracji z systemem PACS firmie, która wdrożyła system PACS u Zamawiającego.**
3. Czy Zamawiający mógłby podać minimalne wymagania dotyczące komputera i drukarki współpracujących z polomierzem? Na tę chwilę podane w wymaganiach dane techniczne komputera są tak szczegółowe, że nie jest możliwe dostarczenie komputera o dokładnie takich parametrach.  
**Odpowiedź: Zamawiający podał minimalne parametry komputera i dopuszcza każde urządzenie, które te minimalne parametry spełnia (w tym posiadające rozwiązania równoważne).**

**Zamawiający publikuje Zmodyfikowane załączniki nr 3 i nr 4 do Zapytania i przypomina, że załącznik nr 4 składany jest wraz z ofertą.**

Zatwierdził  
Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe  
Ewa Łagodzka  
w dniu 28.09.2023 r