

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-111/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa z wniesieniem i instalacją aparatury specjalnej na potrzeby patomorfologiczne wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK), z podziałem na 6 części.**

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie:

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie przez doprecyzowanie czy w cz.1 poz. 27. Poprzez zapis "Poziom natężenia dźwięku < 20 dB (A)" Zamawiający miał na myśli również "Poziom hałasu systemu wentylacyjnego" wynoszący 20 dB?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że określenie „Poziom natężenia dźwięku” odnosi się do poziomu hałasu systemu wentylacyjnego wynoszącego do 20 dB (włącznie).

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowanie: Sławomira Baranowska
nr tel. (61) 854 60 15
e-mail: dzp@ump.edu.pl

z upoważnienia kierownika DZP Wojciech Cyż



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny