

Szpital Murcki Spółka z o.o.,  
ul. Alfreda Sokołowskiego 2,  
40-749 Katowice

Katowice dn. 22.11.2021r.

Nr referencyjny 46/98

MEDI-SEPT Sp. z o.o.  
ul. Konopnica 159c,  
21-030 Matczyn

### INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY w zakresie Pakietu nr 2

**MEDI-SEPT Sp. z o.o., ul. Konopnica 159c, 21-030 Matczyn** z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Dostawa sprzętu** realizowanym w ramach Projektu VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. **Nr referencyjny 46/98**

#### Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Szpital Murcki Spółka z o.o., zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie **Pakietu nr 2** – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w celu wykazania, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom SWZ złożenia wraz z ofertą załącznika nr 3 do SWZ – opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca do ofert załączył formularz w którym nie potwierdził wymaganych przez Zamawiającego parametrów sprzętu tj.

**Pakiet nr 2 poz. 1 pkt. 8 tabeli** - zaoferowanie podciśnienia: 180 mbar, a wymagane było **min. 210 mbar**.

**Pakiet nr 2 poz. 2 pkt. 8 tabeli** - zaoferowanie podciśnienia: 2 000mmH<sub>2</sub>O, a wymagane było **min 230 mbar**.

**Pakiet nr 2 poz. 2 pkt. 10 tabeli** - zaoferowanie długości metalowej rury ssącej 1000mm, a wymagane było **1230mm(+/-10%)**

**Pakiet nr 2 poz. 3 pkt. 4 tabeli** - zaoferowanie szerokość pracy maszyny 340mm, a wymagane było **430 mm średnicy (+/- 10%)**

**Pakiet nr 2 poz. 3 pkt. 9 tabeli** - zaoferowanie wymiarów: 476x1200x360mm, a wymagane były wymiary: **565x1160x450 mm (+/-10%)**

W związku z powyższym, Wykonawca nie potwierdził zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami Zamawiającego opisanych w SWZ, tym samym **treść oferty w zakresie Pakietu nr 2 nie odpowiada treści SWZ i zgodnie z art. 226 ust.1 pkt. 5) ustawy pzp podlega odrzuceniu w zakresie tego pakietu.**

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w specyfikacji warunków zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale IX środki ochrony prawnej.

#### Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy