



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl
<http://www.spzowolsztyn.pl>
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 31.01.2023 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/19/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „**Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia dla SPZOZ w Wolsztynie**”, TP/3/2023

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2022.1710 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. Załącznika nr 3- parametry techniczne:

A) Pakiet nr 3: Łóżka szpitalne elektryczne, materace piankowe, szafki przyłóżkowe;

- Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań będzie żądał deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Dz.U.2022 poz.974.
- **Poz. 9; Zamawiający zmienia zapis na: „Długość x szerokość leża/materaca min. 1950 x 850 mm (+ 50mm)”**
- **Poz. 21; Zamawiający zmienia zapis na: „Szczyt od strony głowy szybko i łatwo demontowalny do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. Szczyty od strony nóg z możliwością zablokowania na czas transportu.”**
- **materace piankowe o grubości 150 mm wraz z pokrowcem 20 szt. Zamawiający dopuszcza materac piankowy o grubości 150 mm** dostosowany do wymiarów leża tj. 2000x850 mm
- **Poz. 28, Zamawiający dopuszcza materac piankowy z poprzecznymi nacięciami w części centralnej,**
- **Poz. 28, Zamawiający dopuszcza materac piankowy z pokrowcem o przepuszczalności powietrza 300g/m²/24h, Zamawiający dopuszcza pokrowiec, który z uwagi na skład tj. poliester oraz poliuretan nie nadaje się do prasowania nie nadający się do prasowania,**
- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowca na materac bez wymogu posiadania raportu z badań wyznaczających odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro,**
- **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowca na materac bez wymogu posiadania certyfikatu Oeko-Tex Standard 100.**
- **szafka przyłóżkowa z białym boczny 20szt., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szafki przyłóżkowej z białym boczny posiadający bezstopniową regulację wysokości w zakresie 775-1056 mm**

B) Pakiet nr 5 –materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy:

- Zamawiający na potwierdzenie spełnienia wymagań będzie żądał Deklaracji zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
- Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowy o wymiarach: 195 x 85 x 19 cm,
- **Pakiet nr 5; Zamawiający dopuszcza materac zmiennociśnieniowy bez poduszki przykrywającej 2 statyczne komory w sekcji głowy,**
- **poz. 10; Zamawiający pisząc „tryb terapeutyczny”- miał na myśli „tryb pielęgnacyjny”,**
- **Zamawiający dopuszcza zawór CPR w czytelnym czerwonym kolorze od strony segmentu głowy w postaci szybkozłączki lub „zrywki”,**
- **poz. 17; Zamawiający dopuszcza szybkozłączkę do zatykania przewodów materaca, pod warunkiem utrzymania ciśnienie materaca przez 8 godz.,**

- Zamawiający dopuszcza spodni materac piankowy spełniający wymagania dotyczące twardości: a) wykonany z pianki PU o gęstości 24-28 kg/m³, b) barwa oranż lub inna, c) sztywność 40% (kPa) 3,5 - 4,5, d) odkształcenie trwałe (%) < 5, e) odbojność (%) < 40.
 - poz. 33; Zamawiający wykreśla wskazaną normę GPEM D1-89bis i D1-90 klasa D.
 - Zamawiający dopuszcza materac w którym pokrowiec otwierany jest za pomocą suwaka z 4 stron.
- C) **Pakiet 6, Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu;**
- Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o dł. 195 cm(+8cm).
 - Zamawiający wymaga kozetki lekarskiej o szerokości min. 70 cm
 - **Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z regulacją zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie + 40 / - 70,**

2. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie terminu składania ofert, tj. należy rozumieć:
03.02.2023 r. godz. 8:00;
3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
03.02.2023 r. godz. 8:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

2736464 | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
lek. Joanna Harbuzińska-Turek

Załączniki – zmodyf. Załącznik nr 3:
pakiet nr 3- łóżka szpitalne elektryczne, materace piankowe, szafki przyłóżkowe,
pakiet nr 5 –materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy
pakiet nr 6- kozetki lekarskie regulowane o zwiększonym udźwigu

Sporządziła: Bernadeta Kurp z KP

