

**Dostawa sterylizatora parowego dla
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylizatora parowego przelotowego (zwanego dalej również urządzeniem) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
2. Oferowany sterylizator musi być fabrycznie nowy (rok produkcji – nie wcześniej niż 2022) oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Oferowany sterylizator musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 07 kwietnia 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz.974). Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane przepisami dokumenty potwierdzające wprowadzenie oferowanego urządzenia do obrotu.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
 - Dostarczyć sterylizator zgodny z opisem zawartym w Załączniku A do Formularza oferty do siedziby Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. Boh. Getta 10,
 - Ustawić i zainstalować sterylizator w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni,
 - Dokonać uruchomienia, prób i sprawdzeń,
 - Przeprowadzić szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia,
 - Przekazać Zamawiającemu paszport techniczny oraz sporządzoną w języku polskim szczegółową instrukcję obsługi,
 - Przekazać kartę gwarancyjną, uwzględniającą warunki wymagane w tym zakresie przez Zamawiającego.
5. Termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy
6. Po ustawieniu/zainstalowaniu i uruchomieniu, urządzenie musi być w pełni gotowe do pracy (użytkowania) bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Urządzenie winno być kompletne, wyposażone we wszystkie podzespoły/elementy/części, umożliwiające jego prawidłową pracę. Parametry i programy pracy urządzenia winny być ustawione przez Wykonawcę z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm oraz wymogów Zamawiającego (pracowników obsługujących urządzenie).
7. Wszelkie koszty związane z transportem, wniesieniem i montażem, a także uruchomieniem, próbami oraz sprawdzeniem i szkoleniem muszą być w kalkulowane przez Wykonawcę w cenę ofertową. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę całego zakresu objętego umową będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
8. Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania koniecznych prac przystosowawczych na potrzeby montażu sterylizatora.
9. Prace przystosowawcze, o których mowa w pkt 8, leżące po stronie Zamawiającego, obejmują wyłącznie prace związane z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, tj.: przygotowanie otworu w ścianie, przygotowanie posadzki (podłoża) na posadowienie urządzenia, wykonanie koniecznych przyłączy instalacyjnych.
10. O planowanym terminie dostawy i montażu sterylizatora, Wykonawca poinformuje Zamawiającego minimum 5 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą. Dokładny termin (godziny) dokonania montażu zostanie uzgodniony przez strony, przy czym ze względu na konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia montażu po godzinie 14-tej (w dni robocze szpitala), jak również w sobotę.
11. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie blend (paneli) maskujących przestrzeń pomiędzy sterylizatorem a ścianą.
12. Wykonawca na dostarczony sterylizator udzieli Zamawiającemu gwarancji wynoszącej minimum 24 miesiące. Termin gwarancji zacznie płynąć od daty podpisania protokołu odbioru.
13. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne wykonywanie przeglądów serwisowych, a także tych czynności konserwacyjnych, które nie mogą być realizowane przez użytkownika.
14. Warunki gwarancji nie mogą w sposób nieuczciwy ograniczać uprawnień Zamawiającego, np. poprzez określenie wymogu zakupu środków czystości, materiałów eksploatacyjnych itp. wyłącznie u Wykonawcy, pod rygorem utraty gwarancji.

15. Szczegółowe wymogi dotyczące warunków gwarancji określone zostały w § 3 Projekt umowy (Tom II SWZ).
16. **Wymagane podstawowe parametry techniczne i cechy użytkowe sterylizatora stanowiącego przedmiot zamówienia, określone zostały w Załączniku A do Formularza oferty.** Niespełnienie ich w zakresie określonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
17. Określone parametry i cechy należy przyjąć jako graniczne (odpowiednio minimalne lub maksymalne), co oznacza, że Wykonawca może zaoferować urządzenie o lepszych parametrach i nie jest w takim przypadku konieczne kierowanie zapytań dotyczących treści SWZ (urządzenie spełnia wymogi SWZ).

II. Informacje ogólne

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.