



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 13.03.2023 r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Zakup aparatu ultrasonograficznego**

Nr postępowania: ZP/6/23

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W załączniku Nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym w części TRYBY OBRAZOWANIA:

- 1) **wykreśla się: poz. 4.** Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran
- 2) **poz. 8 otrzymuje brzmienie:**
 - w kolumnie 2: Zakres dynamiki dla obrazu 2D min. 240 dB
 - w kolumnie 3: TAK
- 3) **wykreśla się: poz. 19.** Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym
- 4) **poz. 23 otrzymuje brzmienie:**
 - w kolumnie 3: Min. 0 do +/-80 stopni
- 5) **poz. 27 otrzymuje brzmienie:**
 - w kolumnie 3: Min. 20 m/s
- 6) **wykreśla się:**
 - poz. 38.** Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych

W załączniku Nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym w części GŁOWICE:

- 1) **poz. 2 otrzymuje brzmienie:**
 - w kolumnie 3: Min. 4,5 – 11 MHz
- 2) **poz. 9 otrzymuje brzmienie:**
 - w kolumnie 3: Min. 14 cm
- 3) **dodaje się pozycje: 10, 11, 12, 13 o następującym brzmieniu:**
 - poz. 10.**
 - w kolumnie 2: Głowica kardiologiczna Phased Array wykonana w technologii Single Crystal szerokopasmowa do badań transcranialnych i kardiologicznych
 - w kolumnie 3: TAK
 - w kolumnie 5: Bez punktacji
 - poz. 11.**
 - w kolumnie 2: Zakres częstotliwości pracy
 - w kolumnie 3: Min. 1,0 – 5,0 MHz.
 - w kolumnie 5: Bez punktacji

poz. 12.

- w kolumnie 2: Liczba elementów
w kolumnie 3: Min. 80
w kolumnie 5: ≤80 elementów – 0 pkt.
>Powyżej 80 – 5 pkt.

poz. 13.

- w kolumnie 2: Kąt skanowania (poła obrazowego)
w kolumnie 3: Min. 90 st.
w kolumnie 5: Bez punktacji

W Dziale 14 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **19.04.2023 r.**

Dział 16 SWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno do dnia **21.03.2023 r.** do godziny: **10⁰⁰**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **21.03.2023 r.** o godz. **10¹⁵**, za pośrednictwem Platformy.

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Podpisał:

Prokurent Prokurent

Kamil Krzewicki Irena Dałek