

Dotyczy: Pakiet 4 – fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych – 8 szt.

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego segmenty wypełnione pianką poliuretanową?
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 530 do 850 mm lub od 560 do 880 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela składającego się z trzech części: segmentu nóg, siedziska, oparcia pleców z segmentem głowy?
Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 80° ?
Zamawiający wyraża zgodę.
6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu nóg za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 45° ?
Zamawiający wyraża zgodę.
7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji nachylenia segmentu siedziska za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 25° ?
Zamawiający wyraża zgodę.
8. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0° do 15° ?
Zamawiający wyraża zgodę.
9. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez regulacji pozycji anty-Trendelenburga?
Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej leża (w pozycji leżącej) 2150 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siedziska o szerokości 590 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
12. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siedziska o długości 500 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
13. Czy (w pkt. 17 i 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości segmentu oparcia pleców wraz z segmentem głowy 900 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
14. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oparcia pleców o szerokości 590 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
15. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu nóg o długości 670 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.

16. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu nóg o szerokości 590 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
17. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników bez możliwości demontażu?
Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników regulowanych w poziomie w zakresie mniejszym niż 0° - 180° ?
Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłokietników o wymiarach: długości 600 mm, szerokości 170 mm?
Zamawiający wyraża zgodę.
20. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zakresu regulacji położenia oparcia stóp 0 – 150 mm?
Zamawiający nie wyraża zgody.
21. Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym segment pleców, siedziska oraz podłokietniki osłonięte od tyłu obudową z tworzywa ABS ułatwiające utrzymanie standardu higienicznego?
Zamawiający wyraża zgodę.
22. Czy (w pkt. 30 i 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez blatu do posiłków?
Zamawiający wyraża zgodę.
23. Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia fotela 200 kg?
Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego wyprofilowane wypiętrzenie lędźwiowe, bez konieczności stosowania dodatkowej poduszki?
Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w wieszak kroplówek z możliwością zamocowania go w dwóch narożnikach podstawy, posiadającego 2 haki na kroplówki?
Zamawiający nie wyraża zgody.