



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 27.10.2020r.

DZPZ-530-Zp/59/PN-56/20

Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: „Dostawa szkiełek mikroskopowych, materiałów medycznych”- Zp/59/PN-56/20

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający w **Pakiecie 6** dopuści dreny silikonowe w rozmiarach: 24, 28, 30, 33, 36 Ch; spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16 x 250 cm, na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiające fiksacje folii?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny brzuszne dostępne w rozmiarach: 26, 27, 30, 33, 36?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szkiełka nakrywkowe 24x60 mm, pozostałe cechy bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szkiełka nakrywkowe 24x55 mm.

Pytanie 5, dot. Pakietu 8 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga podłoża typu Amies dla transportu bakterii czy też płynnego podłoża wirusologicznego?

Odp. Zamawiający w pozycji nr 2 wymaga podłoża typu Amies dla transportu bakterii.

Sporządziła: Dorota Piekarcz
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742