

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH****Przedmiot zamówienia: Aparat do **KRIOABLACJI****

L.p.	Wymagany parametr / warunek
1.	Uniwersalna konsola do krioablacji umożliwiająca wykonywanie krioablacji przy użyciu cewników punktowych 7Fr i 9Fr oraz cewników balonowych, - możliwość wykonywania krioablacji punktowych, kriomappingu oraz krioablacji balonowych migotania przedsionków
2.	Ekran dotykowy umożliwiający obsługę funkcjonalną konsoli do krioablacji, monitor z możliwością regulacji wysokości i nachylenia ekranu.
3.	Panel sterowania
4.	Automatyczny moduł przyłączeniowy
5.	Przedni panel przyłączeniowy
6.	Obrazowanie na monitorze w sposób bezpośredni temperaturowego i czasowego przebiegu krioabliacji
7.	Automatyczne testowanie systemu po załączeniu zasilania sieciowego
8.	System wykrywania wycieków, detektor krwi, detektor płynów
9.	Blokada samonastawna kół umożliwiająca jazdę w linii prostej, blokada unieruchamiająca aparat, odblokowanie kół.
10.	butle z gazem N2O – 5 szt. min.
11.	Odczyt poziomu czynnika chłodniczego na ekranie dotykowym
12.	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta.
13.	Możliwość wybierania płci pacjenta.
14.	Możliwość wybierania danych personalnych operatora wykonującego zabieg.
15.	Dodawanie diagnozy i wyniku badań.
16.	Port USB do pobierania danych pacjenta z konsoli.
17.	Możliwość zabezpieczenia przeglądania danych pacjenta za pomocą hasła.
18.	Możliwość zapisywania plików serwisowych w celu ułatwienia rozwiązywania problemów z aparatem.