

Radziejów, dnia 15 lipca 2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-08/2020) na realizację zamówienia pod nazwą : „**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**”– ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 lipca 2020 r. pod numerem 559582-N-2020.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

1/ Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 5 dopuści wycenę igły do znieczuleń w rozmiarze 26G 0,45x88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 2

2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 3 dopuści wycenę strzykawki z rozszerzeniem skali 2 do 2,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 12 nie ma pozycji strzykawka.

Pytanie nr 3

3/ Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 4-7 dopuści wycenę strzykawek bezpiecznych z mechanizmem zabezpieczającym aktywowanym jednym palcem zaraz po wykonaniu iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 12 nie ma pozycji strzykawka

Pytanie nr 4

4/ Czy Zamawiający w Zadaniu 12 poz. 3, 8-10 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 12 nie ma pozycji strzykawka

Pytanie nr 5

5/ Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz.1-10 dopuści wycenę w opakowaniach x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: W zadaniu nr 19 jest tylko 5 pozycji.

Pytanie nr 6

6/ Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz.15-22 dopuści wycenę w opakowaniach x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: W zadaniu nr 19 jest tylko 5 pozycji.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w poz. 1 kaczkę z pulpy celulozowej o pojemności 875 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w poz. 2 basen głęboki pakowany po 120 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w poz. 4 miskę do mycia pacjentów odporną przez 4 godziny na ciepłą wodę z detergentem w temperaturze 40 C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 22 w poz. 5 miskę nerkową pakowaną po 300 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 11

Zadanie 37 poz. 76: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów PEG ze złączem ENFit bez łącznika z końcówką typu EnLock CH20. W związku z wprowadzeniem przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną standardu dla złączy do podaży żywienia dojelitowego ISO (80369-3), obecnie do żywienia enteralnego stosuje się złącza o nazwie ENFit, mające zapobiegać niewłaściwej podaży płynów. Ponadto w związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane adaptory przejściowe. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

zadanie nr 33 Poz. 5 - prosimy o możliwość zaoferowania w tej pozycji **opaskę identyfikacyjną dla dorosłych i dzieci o długości 24 cm**. Dopuszczenie opisanej opaski umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który **nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 37 poz. 49** próżnościąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalnającym próżnię w postaci skrzydełek oraz czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru. Oferowany przez nas próżnościąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę, a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 15

Odnośnie Pakietu nr 37, poz. 36: „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaofiarowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w zad 31 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalne klipsy znanego amerykańskiego producenta pakowane w opakowaniu po 6 klipsów x 14 magazynków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 16

Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Wychodząc na przeciw potrzebom Zamawiającego, zwracamy się z prośbą w zad 31 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakiet 22 poz. 1

Czy zamawiający dopuści Kaczkę wykonaną z pulpy celulozowej (miazgi papierowej) o pojemności około 900 ml przystosowana do utylizacji w maceratorze a 120 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakiet 22 poz. 1

Czy zamawiający dopuści Kaczkę wykonaną z pulpy celulozowej (miazgi papierowej) o pojemności około 800 ml przystosowana do utylizacji w maceratorze a 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakiet 22 poz. 3

Czy zamawiający wymaga Miski z pulpy celulozowej do mycia pacjentów o pojemności minimum 4 litrów. Wytrzymałość - min. 4 h z ciepłą wodą i detergentem (temperatura wody do 45 stopni C) - prostokątna - a 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakiet 22 poz. 4

Czy zamawiający dopuści Miskę nerkowatą z pulpy celulozowej przystosowaną do utylizacji w maceratorze - a 260 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 21

Zadanie nr 30 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 96 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 30 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 150 x 100 mm x 150 kartek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 30 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 18 m, ponieważ jest to właściwy rozmiar tego typu papieru SONY o czułości HA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 30 poz. 4 Prosimy o potwierdzenie, że w ww. pozycji należy zaoferować 60 op.= 0,25 l.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 25

Zadanie nr 30 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EEG o pojemności 250 ml, z ewentualnym przeliczeniem wymaganych ilości, jeśli Zamawiający oczekuje innej pojemności żelu niż 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. – pytanie 24.

Pytanie nr 26

Zadanie nr 16 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Zadanie nr 16 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 30 x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Odpowiedz na pytanie 26.

Pytanie nr 28 Zadanie nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 x 40 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Odpowiedz na pytanie 26.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 16 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Odpowiedz na pytanie 26.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 16 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 40 mm x 55 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 16 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w ww. pozycji posiadają podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody służący do mocowania kabla przy badaniach wysiłkowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 16 poz. 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 16 poz. 1, 2, 3 Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: odpowiedź na pytanie 32.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 16 poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda w poz. 3 ma posiadać języczek ułatwiający aplikację oraz odklejenie elektrody.

Odpowiedź: Może posiadać ale nie jest to wymagane.

Pytanie nr 35

SIWZ – rozdział VI pkt. 1 ppkt. 2) – grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36

Projekt umowy – par. 2 ust. 7, 8

Wnosimy o wprowadzenie do par. 2 ust. 7 i 8 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Projekt umowy – par. 1 ust. 4. Prosimy o dopuszczenie możliwości przekazania dokumentów wraz z podpisaną umową zamiast z pierwszą dostawą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 60,61,62 zadanie 37 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o średnicy 13 Fr i długościach:

dla pozycji 60 – 25 cm
dla pozycji 61 – 20 cm
dla pozycji 62 – 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 39

Czy Zamawiający w pozycjach 60,61,62 zadanie 37 do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięźaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 60 – 25cm
dla pozycji 61 – 20 cm

dla pozycji 62 – 15 cm

nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 40

Pakiet 5, pozycja 5-18- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem wykonane z PVC klasy medycznej

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 5, pozycja 5-18- Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną wyposażoną w 1 znacznik w kształcie bardzo dobrze widocznego półokręgu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

Pakiet 15, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200-250 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 18, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet 18, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45

Pakiet 18, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

Pakiet 18, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 18, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 18, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści filtr elektrostatyczno-mechaniczny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Pakiet 24, pozycja 1- Czy zamawiający miał na myśl przewodnice do trudnych intubacji typu Bougie 15Fr na 600mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 50

Pakiet 24, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści przewodnice intubacyjną w rozmiarze 2.0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 51

Pakiet 24, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści przewodnice intubacyjną w rozmiarze 4,7?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 33, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych i dzieci w rozmiarze 25cm +/- 10 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 53

Pakiet 34, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści dezaktywator do wymiocin 450g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 54

Pakiet 37, pozycja 11- - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 37 pozycję 11 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Pakiet nr 37 jest rozpatrywany na pozycje asortymentowe.

Pytanie nr 55

Pakiet 37, pozycja 29-30- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 37 pozycję 29-30 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej

części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Pakiet nr 37 jest rozpatrywany na pozycje asortymentowe.

Pytanie nr 56

Pakiet 37, pozycja 29- Czy zamawiający dopuści okularki o długości maksymalnej 35 cm rozstaw 8 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 37, pozycja 30- Czy zamawiający dopuści okularki o długości maksymalnej 31 cm rozstaw 6 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet 37, pozycja 105 - Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu 37 pozycję 105 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź: Pakiet nr 37 jest rozpatrywany na pozycje asortymentowe.

Pytanie nr 59

Pakiet 37, pozycja 105- Czy zamawiający wymaga szczoteczki z dwuwęglanem sodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 60

Zadanie nr 8, poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 - 4 maseczki mocowane na elastyczne i rozciągliwe tasiemki o szerokości 1,5 cm +/- 0,3 zapewniające wysoki komfort nawet przy długim użytkowaniu w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 61

Zadanie nr 8, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1? W ostatnim czasie, na rynku medycznym pojawiło się dużo ofert na maski, które nie spełniają wymogów wyrobu medycznego w myśl Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych typu II.

Pytanie nr 62

Zadanie nr 8, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj: Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie 61.

Pytanie nr 63

Zadanie nr 8, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z niezależnego laboratorium potwierdzającym deklarowany poziom filtracji bakteryjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Zadanie nr 8, poz. 1-4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1-4 do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia korzystnej oferty w ramach tego asortymentu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Zadanie nr 29 Poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania papieru pakowanego po 250 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 4 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Zadanie nr 29 Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania papieru pakowanego po 500 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 2 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Zadanie nr 29 Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania papieru pakowanego po 250 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 4 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Zadanie nr 29 Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania papieru pakowanego po 500 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości, tj. 2 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający zgadza się zapisać we wzorze umowy możliwość zmiany cen jednostkowych w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy w § 5 ust. 1 pkt 1) na:
„W przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust.5, Zamawiającemu przysługuje: prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy w poniższy sposób:

„W przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust.5, Zamawiającemu przysługuje: prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki”

Pytanie nr 68

Zadanie nr 7 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga maskę anestetyczną z dmuchanym kołnierzem nie zawierająca lateksu oraz szkodliwych ftalanów, z delikatnym, miękkim mankietem zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 69

Zadanie nr 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu dla dzieci z drenem 200 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 70

Zadanie nr 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem 200 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 71

Zadanie nr 15 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę z nebulizatorem i drenem 200 cm dla dzieci, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 72

Zadanie nr 15 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę z nebulizatorem i drenem 200 cm dla dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 73

Zadanie nr 15 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos, z przewodem tlenowym 200 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 74

Zadanie nr 15 poz. 1-7 Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 75

Zadanie nr 18 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 18 pozycję nr: 5 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

Zadanie nr 18 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr anestetyczny oddechowy bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, z wydajnością filtracji przeciwbakteryjną >99,9999% oraz przeciwwirusową >99,999%, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 77

Zadanie nr 23 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej o rozmiarze odpowiadającym wadze pacjenta:

- rozm. 2: 10-20 kg
- rozm. 3: 30-50 kg
- rozm. 4: 50-70 kg
- rozm. 5: 70-100 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Zadanie nr 23 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej, o delikatnym, pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi mankietem, koniuszek mankieta posiadający zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas zakładania, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren do napełniania balonika kontrolnego luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, opakowanie maski, w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, kodowane kolorem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Zadanie nr 23 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 80

Zadanie nr 23 poz. 1-4 Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Pytanie nr 81

Dotyczy Rozdziału III, pkt. 4

W związku z wymogiem Zamawiającego zawartym w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 26 w pozycji 23, 24, 25, 26 produktów ogólnolaboratoryjnych, oferowanych ze stawką VAT 23%.

Produkty będące przedmiotem pozycji 23, 24, 25, 26 nie spełniają definicji wyrobu medycznego określonej w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i dlatego też nie zostały przez ich wytwórców zakwalifikowane jako wyroby medyczne. Dla tych produktów nie istnieje obowiązek posiadania deklaracji zgodności oraz dokumentów rejestrowych (zgłoszeń, wpisów, powiadomień) do URPLW MiPB. W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego nie możliwe będzie złożenie żadnemu z oferentów ważnej oferty w Pakiecie 26”

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 82

Dotyczy Rozdziału XII

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto oraz brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 83

Dotyczy Rozdziału XIII pkt. 1 ppkt. 2 – kryterium oceny ofert

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla minimalnego terminu dostawy dla pakietów nr. 26, 27 wynoszącego 2 dni? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 20%. Ze sposobu liczenia punktów w tym kryterium określonym w SIWZ wynika, że najwyższej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Czyli wykonawca, który zaferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 20pkt., a wykonawca, który zaferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 2 dniowy - tylko 15pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekomensować ceną. Jednodniowy termin dostawy mogą zaferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie

publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Projekt umowy:

Dotyczy §1 ust. 3

Prosimy o dopisanie sformułowania „o ile dotyczy”. Produkty objęte 23% stawką VAT, nie są wyrobami medycznymi, w związku z czym nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §1 ust. 3 projektu umowy dopisując : „o ile dotyczy”

Pytanie nr 85

Dotyczy Pakiet 26 pozycja 3

Czy należy zaoferować próbki zakręcane razem z odpowiednią zakrętką?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 86

Dotyczy Pakiet 26 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do moczu o poj. użytkowej 120 ml i całkowitej 140ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 87

Zadanie 34, poz. 1

Prosimy zamawiający o sprecyzowanie parametrów dezaktywatora do wymiocin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 88

Zadanie 34, poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku ,wymiały ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 89

Zadanie 33, poz. 5

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dla dzieci o długości 245 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 90

Zadanie 33, poz. 3,5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 91

Zadanie 25, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 93

Zadanie 22, poz.1

Czy zamawiający dopuści pojemność ok. 800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94

Zadanie 17, poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd IS o pojemności komory kroplowej około 10,91 cm³?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 95

Zadanie 17, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 96

Zadanie 17, poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez worka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

Zadanie 17, poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za worek w osobnej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

Zadanie 17, poz.3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogeny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm³, powierzchnia komory 36,52 cm², powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm² (objętość 3,69 cm³), sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Zadanie 17, poz.3

Czy zamawiający dopuści worek o wymiarze 310 mm x 170 mm, w kolorze żółtym, nieprzeziernym, pakowany osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 100

Zadanie 17, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu bez ftalanów.

Pytanie nr 101

Zadanie 17, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga opakowanie folia – papier?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102

Zadanie 15, poz.1-2, poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści dren o długości 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poz. 1-2 i poz, 5-6.

Pytanie nr 103

Zadanie 14, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 104

Zadanie 14, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 105

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny taśmy o szerokości 18mm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 108

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 2:

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 109

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 2:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 110

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 2:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 111

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V/VI posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 112

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 3:

Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 113

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 3:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 114

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby testy miały formę jednorazowej ampułki ze szczepem *Geobacillus stearothermophilus* o populacji 10⁶ z końcowym odczytem 24 godziny? Taka populacja jest bardziej wrażliwa na przyrost nawet niewielkiej liczby mikroorganizmów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 115

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 7:

Czy zamawiający wymaga aby test umieszczony był na metalowej płytce o długości nie mniejszej niż 8 cm, co w rzeczywisty sposób symuluje kontrolę mycia narzędzi stalowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 116

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 10:

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 117

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 118

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 10:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 119

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 11:

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw zawierający jeden przyrząd PCD oraz 500 testów paskowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120

Dotyczy pakietu nr 28, pozycji 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego 400 testów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga aby rękawy papierowo – foliowe oznaczone były znakiem CE wyłącznie na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa a nie bezpośrednio na rękawie? Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji użytkownika oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE oraz co do oznaczania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia

jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 122

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 123

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m² i folii minimum 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 124

Dotyczy pakietu nr 29:

Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 125

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 126

Dotyczy pakietu nr 29:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 127

Zadanie 3, poz. 10-13 Czy Zamawiający dopuści opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 128

Zadanie 3, poz. 14, 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu hydrożelowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 129

Zadanie 3, poz. 24 Czy Zamawiający dopuści Cewnik Pezzera o rozmiarze 12CH zamiast 10CH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 130

Zadanie 4, poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści Cewniki z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi i powierzchnią zmrożoną, zapobiegającą przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 131

Zadanie 5, poz. 5-18 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną, wykonaną z elastycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132

Zadanie 5, poz. 5-18 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu silikonowana?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133

Zadanie 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH8?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134

Zadanie 6, poz. 11-16 Czy Zamawiający dopuści dren zawinięty, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 135

Zadanie 8, poz. 2-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za maski chirurgiczne pakowane a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 136

Zadanie 8, poz. 6-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za czepek pakowane a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 137

Zadanie 8, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny typu „beret”, ściągany gumką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 138

Zadanie 10, poz. 3-9 Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia z zatyczką dla dorosłych długość min. 1050mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139

Zadanie 12, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń o średnicy 0,45x90mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140

Zadanie 13, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worki 1 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141

Zadanie 13, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści worki 2 L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142

Zadanie 16, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowe o średnicy 54mm lub 48mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143

Zadanie 17, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy o długości 95mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144

Zadanie 17, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym, dren o długości 150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145

Zadanie 17, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania leków światłoczułych z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek o wymiarach 200x300mm, pakowany osobno ale wycenione razem jako zestaw,?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 146

Zadanie 20, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z końcówką luer-lock?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147

Zadanie 22, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści baseny w op.a'120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 148

Zadanie 24, poz. 1 Czy Zamawiający może doprecyzować o oznacza w rozmiarze opis: 250Hx600mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149

Zadanie 24, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjną 2,0mm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 150

Zadanie 24, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści prowadnice intubacyjną 4,7mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151

Zadanie 30, poz. 3 Czy zamawiający dopuści rozmiar 57x30?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 152

Zadanie 30, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x100x150?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 153

Zadanie 33, poz. 3 i 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 154

Zadanie 37, poz. 22 Czy zamawiający dopuści igły Tuohy 18G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 155

Zadanie 37, poz. 23 Czy zamawiający dopuści igły Tuohy 18Gx9mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 156

Zadanie 37, poz. 24 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'90szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 157

Zadanie 37, poz. 25 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 158

Zadanie 37, poz. 29 Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie na jeden rzep, z regulacją 31x37,5 cm, rozstaw 8,7 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 159

Zadanie 37, poz. 30 Czy Zamawiający dopuszcza mocowanie na jeden rzep, z regulacją 29x35,5 cm, rozstaw 7,5 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 160

Zadanie 37, poz. 36 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 161

Pytanie 1 do pakietu 37

Czy Zamawiający w pakiecie 37 w poz. 60 dopuści cewnik dializacyjny, dwukanałowy o rozmiarach 13 Fr i 25 cm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 162

Pytanie 2 do pakietu 37

Czy Zamawiający w pakiecie 37 w poz. 61 dopuści cewnik dializacyjny, dwukanałowy o rozmiarach 13 Fr i 20 cm?,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 163

Pytanie 3 do pakietu 37

Czy Zamawiający w pakiecie 37 w poz. 62 dopuści cewnik dializacyjny, dwukanałowy o rozmiarach 13 Fr i 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 164

Zadanie nr 1 poz. 4-7, 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 165

Zadanie nr 1 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za zaoferowane opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 166

Zadanie nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z zastawka anizwrotna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 167

Zadanie nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR z zastawka anizwrotna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 168

Zadanie nr 2 poz. 3-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczeniem wkluc obwodowych z zastawka antyzwrotna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 169

Zadanie nr 2 poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę odpuścić wymogu pochodzenia od jednego producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 170

Zadanie nr 8 poz. 2,4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie masek w kolorze niebieskim?,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 171

Zadanie nr 8 poz. 6,7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepków tyłkow kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 172

Zadanie nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa 45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 173

Zadanie nr 17 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do transfuzji z komora kroplowa o długości ok 9,8cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 174

Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z workiem pakowanym osobno?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 175

Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wyceny worka w osobnej pozycji?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 176

Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worka w rozmiarze 21x30cm?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 177

Zadanie nr 19 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 178

Zadanie nr 20 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 179

Zadanie 27 Czy Zamawiający w pozycji 11 tabeli miał na myśli probówki o pojemności 1ml i w rozmiarze 13mmx75mm?

Uzasadnienie: Probówki w rozmiarze 13mmx15mm i pojemności 1ml nie występują na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli probówkę o pojemności 2ml.

Pytanie nr 180

Zadanie 27 Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści systemowe igły 0,8x38mm bez osłonki, a tym samym w pozycji 9 uchwytu z zabezpieczeniem czyli osłonką?

Uzasadnienie: Uchwyt z zabezpieczeniem (osłonką) jest kompatybilny z igłą systemową i jest rozwiązaniem równoważnym oraz tak samo zabezpiecza personel i pacjentów podczas pobrania krwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181

Zadanie 27 Czy Zamawiający wymaga, aby elementy systemu do pobierania krwi cechowały się sterylnością probówki - STERILE R, natomiast igły - STERILE EO?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby elementy systemu do pobierania krwi cechowały się sterylnością probówki – STERILE A, natomiast igły STERILE EO

Pytanie nr 182

Dotyczy Pakiet 1 poz. 3 – 7 i 14 Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu 1 od 3 do 7 i 14? Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 183

Dotyczy Pakiet 1 poz. 8, 9 i 10 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 8,9 i 10 strzykawki ze skalą nominalną bez rozszerzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 184

Dotyczy Pakiet 1 poz. 11 i 12 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 11 i 12 dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 185

Dotyczy Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby Kaniuła dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczyń. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniuła widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radioceniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi)26G przepływ 14 ml/min. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 186

Dotyczy Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną 24 G przeznaczoną do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 187

Dotyczy Pakiet 2 pozycje od 3 do 7 Czy Zamawiający dopuści Kaniule wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon), z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 188

Dotyczy Pakiet 2 pozycje od 3 do 7 Czy Zamawiający wymaga, aby Kaniule wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 189

Dot. rozdziału XIII punkt 2 SIWZ oraz formularza oferty punkt 2

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ odnośnie terminu dostaw przedmiotu umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie terminu dostaw w sposób następujący:

2)Termin dostawy (T_D) – 20,00 pkt.

Kryterium termin dostawy dotyczy określonego w formularzu ofertowym

(załącznik nr 1 do SIWZ) maksymalnego terminu dostawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych.

a) Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższym schematem:

Oferowany termin dostawy (dni robocze): 7 dni – 0 pkt.; 6 dni – 5 pkt.; 5 dni -10 pkt.; 4 dni – 15 pkt.; 3 dni – 20 pkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 190

Dot. rozdziału XIII punkt 2 SIWZ oraz formularza oferty punkt 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o wydłużenie oczekiwanego i ocenianego minimalnego terminu dostawy z 1 dnia do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 191

Dot. projektu umowy § 2 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 2 ust.2 umowy w sposób następujący:

2. *Wykonawca dostarczy materiały w godzinach od 7:30 do 15:00 na własny koszt.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 192

Dot. projektu umowy § 3 ust.4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 3 ust.4 umowy w sposób następujący:

4. *Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawę materiałów objętych umową, jeżeli zaległość w płatnościach Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy przekroczy 30 dni po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 193

Dot. projektu umowy § 4 ust.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 4 ust.2 umowy w sposób następujący:

2. *Reklamacja ilościowa winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od chwili jej złożenia. Reklamacja jakościowa winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili jej złożenia. Odpowiedź winna być udzielona w powyższych terminach za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@szpitalradziejow.pl.*

Brak odpowiedzi Wykonawcy w tym terminie i w ten sposób jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 194

Dot. projektu umowy § 4 ust.3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 4 ust.3 umowy w sposób następujący:

3. *Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu brakujące materiały w ciągu 48 godzin od chwili jej uwzględnienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu materiały wolne od wad w ciągu 72 godzin od chwili jej uwzględnienia.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 195

Dot. projektu umowy § 5 ust.1 pkt. 2) i 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 5 poprzez wykreślenie zapisów w §5 ust. 1 punkt.2) oraz ust. 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 196

Dot. projektu umowy § 5 ust. 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 5 ust.2 umowy w sposób następujący:

2.W przypadku dokonania nabycia zastępczego o którym mowa w ust.1 pkt.2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną umowną materiału , a ceną materiału nabytą zastępczo. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości niedostarczonego w terminie materiału wynikającej z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 197

Dot. projektu umowy § 11 ust.10

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu § 11 ust.10 umowy w sposób następujący:

10.Przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy bez zmian strony mają zawsze prawo wydłużyć okres obowiązywania o czas określony na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do umowy w terminie na jaki umowa została zawarta, przy zachowaniu ogólnej wartości brutto umowy bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 198

Dot. projektu umowy § 5

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §5 ustępu 4 i 5 o następującej treści:

4.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

5.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.4.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 199

Dot. projektu umowy § 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §5ustępu 4 i 5 o następującej treści:

4.Strony postanawiają, że zapisy §5 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie

lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 200

Dot. projektu umowy § 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w §5 ustępu 4 o następującej treści:

4. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 201

Dot. projektu umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

„ Siła Wyższa”

Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

- 1. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
- 2. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązywanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 3. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 202

Dotyczy: Pakiet 26 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści próbówki o pojemności 5ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 203

Dotyczy: Pakiet 26 Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 8ml? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 204

Dotyczy: Pakiet 26 Poz.3 Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 12x92mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 205

Dotyczy: Pakiet 26 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści mikrokońcówki w kolorze białym? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 206

Dotyczy: Pakiet 26 Poz. 30 Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając pojemność pipety jednokanałowej 50 ml ? Czy Zamawiający miał na myśli pipety o pojemności 50 ul?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd, w każdej pipecie jednokanałowej powinna być wartość w ul. W tym wypadku zamawiający miał na myśli 50 ul.

Pytanie nr 207

Dotyczy: Pakiet 26 Poz. 31 Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając pojemność pipety jednokanałowej 1000 ml ? Czy Zamawiający miał na myśli pipety o pojemności 1000 ul?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd, w każdej pipecie jednokanałowej powinna być wartość w ul. W tym wypadku zamawiający miał na myśli 1000 ul.

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 4 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności. 2.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 209

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 210

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 211

Pakiet nr 12. Czy igły w tym pakiecie mają posiadać uchwyt z 4 okienkami i dodatkowym pryzmatem w kanale igły sygnalizującym pojawienie się płynu mózgowo-rdzeniowego zmianą barwy?

Odpowiedź: Mogą posiadać ale nie muszą.

Pytanie nr 212

Pakiet nr 12. Jakiej długości mają być prowadnice do igieł w tym zadaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 213

Pakiet nr 12. Czy dla łatwej oceny ułożenia szlifu igły w uchwycie ma być wyczuwalny znacznik który wskazuje ułożenie szlifu?

Odpowiedź: Może być ale nie musi.

Pytanie nr 214

Pakiet 12 poz.1 Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 22G (czarna)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 215

Pakiet 12 poz.3 Czy w tej pozycji trzeba zaoferować igłę typu Atraucan 26Gx88mm z prowadnicą 20Gx35mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 216

Pakiet nr 11. Czy zestawy mają posiadać prowadnicę niklowo-tytanową całkowicie odporną na załamania?

Odpowiedź: Mogą ale nie muszą.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 11. Czy zestawy mają posiadać zamknięcia kanałów bezigłowymi automatycznymi zastawkami?

Odpowiedź: Mogą ale nie muszą.

Pytanie nr 218

Pakiet nr 11. Czy zestawy dla ochrony przed rozsypaniem podczas rozpakowywania mają posiadać drobne elementy poza cewnikiem i prowadnicą pakowane oddzielnie w dodatkowy woreczek chroniący przed rozsypaniem i zabrudzeniem?

Odpowiedź: Mogą ale nie muszą.

Pytanie nr 219

Pakiet nr 11. Proszę o dopuszczenie w poz. 1 zestawu jednokanałowego w rozmiarze 14G i średnicy zewnętrznej 2,1 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 220

Czy w zadaniu 11 i 12 dla weryfikacji zgodności z opisem Zamawiający przewiduje możliwość wezwania do przesłania wzorów produktu celem weryfikacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 221

Pakiet 22, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą w opakowaniu a'300 szt. , z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem zapotrzebowanej ilości.

Pytanie nr 222

Pakiet 25, poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje jednorazowego wziernika typ Cusco wykonanego z wytrzymałego wzmocnianego tworzywa charakteryzującego się dużymi łyżkami (szerokość łyżek 35 mm, długość łyżek 130 mm), na zamek typu trzpień o kolorze blado żółtym, pakowanego w folię z wyraźnym oznaczeniem do otwierania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 223

Pakiet 30, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pastę ścierną o poj. 160g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 224

Pakiet 30, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści papier o podobnej czułości Sony 1100HG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet 30, poz. 10 Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru czy dopuszcza wycenę zamiennika?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oryginalnego papieru.

Pytanie nr 226

Pakiet 37, poz. 96-101 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje rurek z antyzgryzakiem czy bez.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.

Radziejów, dnia 15 lipca 2020 r.

DYREKTOR

mgr Sebastian JANKIEWICZ