



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 09.10.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-45A/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na Dostawę Lodówek do przechowywania odciągniętego mleka, termotorby, boksy termiczne

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet nr 1 - Chłodziarka farmaceutyczna
Czy Zamawiający dopuści drzwi przeszklone?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Dot. Pakiet nr 1 - Chłodziarka farmaceutyczna
Czy Zamawiający dopuści pojemność 130 litrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Dot. Pakiet nr 1 - Chłodziarka farmaceutyczna
Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.): 845x626x600?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

KIEROWNIK BIURA
Zaproszenia i Zakupów Publicznych
[Podpis]
Renata Kowalska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574; REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

mgr Karolina Romanowska

