



Wrocław, dnia 19.09.2023r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp/243/ZP-044/2023

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **Sprzętu medycznego j.uż. stosowanego w Otolaryngologii.**

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej, sterylnej osłony na mikroskop w rozmiarze 122 cm x 203 cm z soczewką typu Vari-Lens 2 oraz pasami ściągającymi, osłona kompatybilna z mikroskopem CARL ZEISS, złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Opakowanie a'10 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.2

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną w kształcie kuli(worek szyty na okrągło) o wymiarach 40 cm x 80 cm , wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, wyposażonej w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze. Opakowanie a'50 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną w kształcie kuli(worek szyty na okrągło) o wymiarach 127 cm x 64 cm, wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, wyposażonej w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze.



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Opakowanie a'25 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

nr 4

Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na aparaturę medyczną w kształcie kuli (worek szyty na okrągło) o wymiarach 60 cm x 120 cm, wykonanej z mocnej przezroczystej folii PE, wyposażonej w elastyczną gumkę umożliwiającą umieszczenie osłony na aparaturze. Opakowanie a'50 szt. Każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania (każda osłona pakowana pojedynczo, posiadająca na opakowaniu indywidualnym datę ważności i numer serii.)?

Odp Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości .

Pytanie nr 6

Dot. Wzoru umowy – zał. 3 §2 ust.1

Prosimy o podanie okresu obowiązywania umowy.

Odp. U mowa zawarta na 24 miesiące

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław

Infolinia 45 95 95 454

Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

NIP 8951645574, REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

