



Piekary Śląskie, dn. 08.03.2024 r.

DZP - 3/2024

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

1. Pakiet nr 48 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

2. Pakiet nr 48 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 210 x 140 mm x 144 kartki, pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3. Pakiet nr 48 poz. 9

Prosimy o podanie rozmiaru wymaganego papieru tj. szerokości i długości rolki.

Odp.: 112 mm x 25 mm.

4. Pakiet nr 48 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30m.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5. Pakiet nr 48 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 75 mm x 24,5m.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

6. Pakiet nr 48 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30m.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

7. Pakiet nr 48 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 50 mm x 30m.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

8. Pakiet nr 48 poz. 15

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 15 ma być gładki czy w kratkę oraz o podanie wymaganego rozmiaru.

Odp.: w kratkę, 57 mm x 20 mm.

9. Pakiet nr 50 poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza za op. 50 szt.

10. Pakiet nr 50 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod po 10 sztuk na plastikowym blistrze, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

11. Projekt umowy – par. 8 ust. 1 pkt. 1.4, 1.5

Prosimy o odniesienie kary umownej do części umowy pozostałej do realizacji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 30 – Implanty uro-ginekologiczne w pozycji nr 1:

Taśmę urologiczną jednorazową, jednorodną, sterylną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, przeznaczoną do implantacji metodą zarówno TOT jak i TVT, z plastikową osłonką na ramionach zapobiegającą zakażeniom (brak osłonki w środku na odcinku min 1,5 cm), o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości maksymalnej 2314 μm , grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne - gładkie brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach o długości 1,5 cm, zapobiegająca deformacji i zwijaniu się technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), pakowana w podwójne opakowanie wewnętrzne typu blister plus opakowanie zewnętrzne.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

13. w pozycji nr 2:

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 2314 μm , długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) plus 1 sztukę igły wielorazowego użytku służącej do implantacji w/w siatki?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

14. w pozycji nr 3:

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia, jednorodna, niewchłaniałna, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 2314 μm , długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych) plus 1 sztukę igły wielorazowego użytku służącej do implantacji w/w siatki?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

15. w pozycji nr 4:

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy -plastyka tylna - , jednorodna, niewchłaniałna, Materiał: polipropylen monofilament, implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami Grubość siatki: 0,33 mm, Grubość nitki: 80 μm, Porowatość max.: 2314 μm, Gramatura: 48 g/m² ; wytrzymałość na rozciąganie : 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych) plus 1 sztukę igły wielorazowego użytku służącej do implantacji w/w siatki ?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

16. Pakiet 33, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną, neutralną, jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalną, żelową, dzieloną na dwie równe symetryczne części, wyposażoną w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, powierzchnia ogólna 168cm², powierzchnia czynna 105cm², grubość hydrożelu 0,69mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm, pakowana pojedynczo? Do każdej elektrody załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta; op: 100 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 33, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną, neutralną, jednorazową, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, owalną, żelową, dzieloną na dwie równe symetryczne części, wyposażoną w okalający pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, powierzchnia ogólna 168cm², powierzchnia czynna 105cm², grubość hydrożelu 0,69mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm, pakowana pojedynczo? Do każdej elektrody załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta; op: 100 szt.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, którego objętość wypełnienia wynosi 0,085 ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Pakiet nr 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z precyzyjnym regulatorem przepływu z drenem 150 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet 8 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie adaptera tzw, spike z filtrem antybakteryjnym 0,2 µm.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

21. Pakiet 8 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena bez rozmiaru 0,33x12mm. Pozostałe parametry i rozmiary zgodne z SWZ.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

22. Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu igieł do pena tego samego producenta co pozostałe igły iniekcyjne?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

23. Pakiet 8 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych o rozmiarach 0,45x25mm zamiast 0,45x22mm oraz 0,50x20mm zamiast 0,50x19mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza igły 0,50 x 20 mm i nie dopuszcza 0,45 x 25 mm.

24. Pakiet 8 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków z fiolek zarejestrowanej jako wyrób klasy IIa.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

25. Pakiet 8 poz. 8

Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu igieł do pobierania leków tego samego producenta co pozostałe igły iniekcyjne?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

26. Pakiet 8 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

Gauge	Kolor	Rozmiar [mm]	Przepływ [ml/min]
14G	Orange	2,1 x 45	270
16G	Grey	1,7 x 45	180
17G	White	1,4 x 45	126
18G	Green	1,3 x 32	85
18G	Green	1,3 x 45	85
20G	Pink	1,1 x 32	55
22G	Blue	0,9 x 25	33
24G	Yellow	0,7 x 19	18

Odp.: Zgodnie z SWZ.

27. Pakiet 8 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP(podwójnie oczyszczonego teflonu).

Odp.: Zgodnie z SWZ.

28. Pakiet 8 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej widocznej w USG i RTG z 2 paskami radiocieniującymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 8 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli, której cewnik wykonany jest z PTFE.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

30. Pakiet 8 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli, która posiada filtr hydrofobowy pełniący rolę zastawki antyzwrotnej- hamujący wypływ krwi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 8 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/ min
Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odp.: Zgodnie z SWZ.

32. Pakiet 8 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	95 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Odp.: Zgodnie z SWZ.

33. Pakiet 8 poz. 12

Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu kaniul tego samego producenta co pozostałe kaniule?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

34. Pakiet 8 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

35. Pakiet 8 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardej blister, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

36. Pakiet 8 pozycja 14:

Czy zamawiający wymaga koreczka z optycznym i wyczuwalnym indykatozem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

37. Pakiet 8 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych o długości 150 cm i połączenie w ten sposób punktu 15 i 16, a także odpowiednie przeliczenie w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

38. Pakiet 8 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu, który posiada logo identyfikujące na zaciskaczu rolkowym?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

39. Pakiet 8 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu gdzie hydrofobowy filtr powietrza wynosi 0,45µm?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

40. Pakiet 8 poz. 21, 22,23,24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej posiadającej kontrastujący tłok w kolorze niebieskim.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

41. Pakiet 8 poz. 21, 22,23,24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej bez rozszerzonej skali.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

42. Pakiet 8 poz. 21, 22,23,24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej bez określonego typu strzykawki na cylindrze.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 8 poz. 21, 22,23,24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki, której skala rozszerzona wynosi: 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20ml-24ml.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

44. Pakiet 8 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej 20 ml. w opakowaniu 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet 8 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej 20 ml. w opakowaniu 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo cenowym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet 8 poz.25

Czy Zamawiający jest skłonny odstąpić od wymogu strzykawki tuberkulinowej tego samego producenta co igły iniekcyjne?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

47. Pakiet 8 poz.30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły typu motylek, gdzie długość igły wynosi 20 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

48. Pakiet nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące podanych numeracji pozycji w opisie asortymentu. Czy w poz. nr 1-21 i 26 Zamawiający wymaga zaoferowania szwu chirurgicznego zbudowanego na Poliglaktynie 910, a w pozycjach 22-25 Poliglaktynie 910 z Triclosanem?

Odp.: Zamawiający wymaga.

49. Pakiet nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego syntetycznego, plecionego zbudowany na Poliglaktyna 910 (kopolimer 90% glikolidu i 10% L-laktydu), powleczenie kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L - laktyd 30/70) i stearynian wapnia. Okres wchłaniania w przedziale 56-70 dni, o okresie podtrzymywania tkankowego (wytrzymałość) 75% po 14 dniach, 49% po 21 dniach, po 28 dniach 27%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

50. Pakiet nr 3, poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igły haczyk, okrągłej z krótkim końcem tnącym. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający oczekuje igły haczyk, okrągłej z krótkim końcem tnącym.

51. Pakiet nr 3, poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o długości 37 mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

52. Pakiet nr 3, poz. 14

Prosimy o dopuszczenie igły chirurgicznej wzmocnionej Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet nr 3, poz. 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej odpornej na trudne warunki chirurgiczne bez określenia wzmocniona. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet nr 3, poz. 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 100 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

55. Pakiet nr 4, poz. 1-4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 78% (grubość 3/0 i większa), po 28 dniach 69% (grubość 3/0 i większa). Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet nr 5, poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o wyższych parametrach użytkowych niż wymagane w SWZ tj. kosmetycznej dwuwkłęskiej oraz nici chirurgicznej o długości 45 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet nr 5, poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o krzywiznie 3/8 koła. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet nr 5, poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 90 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet nr 6, poz. 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

60. Pakiet nr 6, poz. 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą podwójną. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

61. Pakiet nr 40, poz. 2 i 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowania przedmiotu zamówienia w zakresie wymogu dot. wysokiej gramatury podkładu ochronnego, a co za tym idzie czy Zamawiający oczekuje zaferowania podkładu składającego się z trzech warstw?

Odp.: Zamawiający oczekuje produktu składającego się z trzech warstw.

62. Pakiet nr 40, poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego, nieprzepuszczalnego dla cieczy o wym. 80 x 210 cm wzmocnionego 48 nitkami i łącznej gramaturze min 40 g/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

63. Zadanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów 6 lub 7 podwiązek (do wyboru przez zamawiającego), z podwiązkami zawierającymi lateks, z głowicą wyposażoną w nylonowa prowadnicę.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

64. Zadanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu zawierającego prowadnicę 150 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

65. Zadanie nr 27

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o grubości 4,8 Fr, zawierającego prowadnicę 150 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

66. dot. pakietu nr 30, poz. 2

Przez wzgląd na fakt, że siatki o parametrach technicznych wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym – pakiet nr 30, poz. 2 zostaną wkrótce wycofane z produkcji, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatek tego samego producenta o bardzo zbliżonej specyfikacji: Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z dwóch ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,48mm, gramatura 55/m², porowatość 62%, wielkość porów: 1,53 x 1,30 mm. Zestaw składa się z dwóch siatek o rozmiarach: 18x 8 cm, 18 x 4 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

67. dot. pakietu nr 33 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 33 pozycja 1 elektrody neutralne dzielone z symetrycznymi połówkami o powierzchni 85cm² oraz dodatkową odseparowaną elektrycznie od połówek powierzchnią 23cm² zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu na połówkach elektrody, Podane elektrody są dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 50 szt. (w 1 opakowaniu jest 10 paczek pakowanych po 5 szt.).

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

68. dot. załącznika nr 5 Projektowane postanowienia umowy

Prosimy o zmianę zapisu dla Pakietu nr 33 - w paragrafie 3 pkt. 2 PPU terminu dostawy z 2 dni roboczych na 5 dni roboczych - z uwagi na sprowadzanie asortymentu bezpośrednio od Producenta z Niemiec.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pakietu nr 33.

Z up. Zarządu

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
DYREKTOR
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr inż. Małgorzata Lipiec