



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel. : (85) 869 35 50 fax: (85) 869 35 66
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



DZP.2344.25.2020

Białystok, dnia 29.07.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę stymulatorów, ICD, CRTP/D i akcesoria do implantacji

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościółkowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stymulatorów resynchronizujących, które monitorują automatycznie oporność elektrod w cyklu co 30 sekund i w przypadku przekroczenia granicy 2500 Ohm wyświetla się komunikat >2500 Ohm oraz automatycznie zmienia konfiguracja BP na UP jeśli taka była ustawiona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę elektrod do defibrylacji tylko aktywnych, jednokoilowych, o jednej długości, natomiast posiadające dwie odległości od typu elektrody do pierwszego dipola (15 cm i 17 cm) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń bez automatycznego pomiaru progów stymulacji dla wszystkich wektorów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod o fiksacji pasywnej o średnicy 7F.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod o fiksacji pasywnej o średnicy 7F.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie urządzeń i elektrod lewokomorowych ze złączem IS4 umożliwiającym wykonanie badania MRI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

M

my d

Pakiet nr 4

Prosimy o dopuszczenie urządzeń i elektrod do defibrylacji ze złączem DF4 umożliwiającym wykonanie badania MRI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 5

Prosimy o dopuszczenie urządzeń i elektrod do defibrylacji ze złączem DF4 umożliwiającym wykonanie badania MRI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Prosimy o dopuszczenie elektrod przedsionkowych o długościach w zakresie 46 – 58 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 12, Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące z koilami pokrytymi materiałem ograniczającym wrastanie, lecz bez udowodnionej klinicznie skuteczności?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści stymulator DDDR wraz z elektrodami bez możliwości zaprogramowania parametrów pamięci EGM tak aby detekcja tachyarytmii zachodziła jednocześnie w kanale komorowym i przedsionkowym, czyli urządzenie może w okresie między kontrolami zarejestrować zarówno VT jak i SVT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR proMRI z funkcją zabezpieczającą skuteczną stymulację komorową, ale bez programu kontroli skuteczności każdego wystymuowanego impulsu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający miał na myśli rodzaj fiksacji aktywny helical screw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator jednojamowy bez możliwości programowania dwóch lub większej ilości parametrów w celu uniknięcia czytania załamka T, ale posiadający dyskryminator wstrzymujący dostarczenie terapii w przypadku podwójnego zliczania załamka T?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator jednojamowy bez możliwości programowania szerokości obu faz impulsu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter- Defibrylator dwujamowy bez możliwości programowania dwóch lub większej ilości parametrów w celu uniknięcia czytania załamka T, ale posiadający dyskryminator wstrzymujący dostarczenie terapii w przypadku podwójnego zliczania załamka T?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter- Defibrylator dwujamowy bez możliwości programowania szerokości obu faz impulsu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator jednojamowy z możliwością diagnostyki kanału przedsionkowego na podstawie zmienności rytmu komorowego z wykorzystaniem standardowej elektrody defibrylującej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

M
wyd

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator jednojamowy bez możliwości automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i przełączenia w tryb MRI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter-Defibrylator resynchronizujący bez możliwości automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i przełączenia w tryb MRI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter- Defibrylator resynchronizujący bez możliwości programowania dwóch lub większej ilości parametrów w celu uniknięcia czytania załamka T, ale posiadający dyskryminator wstrzymujący dostarczenie terapii w przypadku podwójnego zliczania załamka T?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści Kardiowerter- Defibrylator resynchronizujący bez możliwości dostarczenia elektrody LV unipolarnej przy spełnieniu pozostałych parametrów elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści stymulator serca dwujamowy z kompletem elektrod z algorytmem automatycznie dostosowującym energię impulsu w obu kanałach do indywidualnych potrzeb pacjenta min. co 15 min, ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym impulsie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści stymulator serca dwujamowy bez możliwości automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i przełączenia w tryb MRI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści SSIR proMRI bez możliwości automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i przełączenia w tryb MRI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści stymulator SSIR proMRI z funkcją zabezpieczającą skuteczną stymulację komorową, ale bez programu kontroli skuteczności każdego wystymuowanego impulsu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy-Kościakowskiego

Alcja Skindzielewska

p.o. KIEROWNIKA
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy-Kościakowskiego

Urszula Małgorzata Kosiorek

N. C. ... A. B. ...

