

Odpowiedź nr 12

**Na zapytanie do swz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń
dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/S 076-229148
z dnia 2023-04-18**

W dniu 23.05.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie do załącznika 2 do SIWZ pkt. 85

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie automatycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu do tomografii komputerowej (sól fizjologiczna i kontrast) umożliwiającego integrację z Tomografem w klasie IV wg standardu CIA 425, charakteryzującego się następującymi parametrami:

- głowica umożliwiająca pracę z wkładami jednorazowego lub wielorazowego użytku, wielorazowe ze sterylnością pracy 8 lub 24 godziny,
- stałe zasilanie sieciowe,
- generowane ciśnienie 305 PSI (21 bar),
- sprzężenie w klasie CAN IV,
- ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej,
- równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego – z opcją zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu przez operatora,
- automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów,
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie do 80 protokołów badań,
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz),
- możliwość wykonania testu drożności żył za pomocą roztworu soli fizjologicznej,
- obsługa poprzez dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem bezprzewodowo za pomocą bluetooth,
- prędkość wymuszonego przepływu 0,1-10 ml/s, przyrost co 0,1 ml/s,
- opóźnienie skanu 0-255s.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PROKURENT

Magda Złobicka

Otrzymują:

1. Wykonawca

2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-debno> → Dostawa tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.”

KIEROWNIK BIURA
TECHNICZNO-GOSPODARSTWA
Adam Mazurak