



znak: D25C/251/N/46-88rj/24

Wejherowo, dnia 20.12.2024 r.

D.25C/250/840/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, KONTROLI I AKCESORIÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/46-88rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ Parametry aparatu do pomiaru parametrów krytycznych pkt 5 „Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl z kapilary (w trybie micro) oraz 65 µl ze strzykawki oraz kapilary w normalnym trybie” oraz pkt 32 „Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści analizator w którym objętość próbki badanej dla całego kompletu badań wynosi: 45 µl z kapilary (w trybie micro) – wówczas czas uzyskania wyniku wynosi 60 sek. oraz 65 µl ze strzykawki i kapilary w normalnym trybie – wówczas czas uzyskania wyniku wynosi 35 sekund ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza analizator w którym czas do uzyskania wyniku wyniesie 60 sekund dla kapilary i dla strzykawki dla pełnego panelu badań.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


mgr Monika Klause