



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP ³⁷³...../11/2020

Chrzanów, dnia 02.11.2020

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy „Dostawa respiratorów dla oddziału Covid Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 92/2020.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator o parametrach podanych poniżej?

	Parametr
1.	Możliwość wentylacji dorosłych i dzieci o wadze powyżej 5 kg
2.	Min. 8 godzinny nominalny całkowity czas pracy
3.	Menu w języku polskim
4.	Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7"
5.	Mieszalnik tlenowy – możliwość ustawienia FiO2 w zakresie od 21% do 100%
6.	TRYBY: · Spontaniczna (CPAP/BiPAP/BiPAP ST/PSV) · ACMV (Sterowanie ciśnieniem/Sterowanie objętością/PRVC) · SIMV (Sterowanie ciśnieniem/Sterowanie objętością/PRVC) · B-Lev (Dwupoziomowa, APRV, Dwufazowa, Duo-PAP) · Gwarancja objętości VtG & MVG (VG PS/ AVAPS) · NIV z kompensacją wycieków do 60 l/min*
7.	Możliwość pracy na układach · dwuramiennych z czujnikiem przepływu · jednoramiennych z czujnikiem przepływu
8.	Monitorowane parametry: · Wskaźnik LED ciśnienia w drogach oddechowych -10 - 120 cm H2O · Szczytowa wartość ciśnienia wdechu (PIP) 0 - 120 cm H2O · Objętość przepływu przy wdechu/wydechu



