



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

**Do Wykonawców,
którzy złożyli ofertę**

Nasz znak ZCM – ZP.270.14.2024.ZO

Krosno Odrzańskie dnia 25 marca 2024r..

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu pn.
dostawa sprzętu laboratoryjnego do pobierania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej.

Szanowni Państwo,

1. W postępowaniu złożono następujące oferty:

- 1) Oferta nr 1 PROFILAB J. Holl, W. Stachura, A.Wiącek-Żychlińska s.j. Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa – pakiet
- 2) Oferta nr 2 - Medlab Products sp. Z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn – pakiet nr 2
- 3) Oferta nr 3 - Sarstedt sp. Z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego – pakiet nr 1
- 4) MEDAN Andrzej Hędrzak, Ul. A. Korczoka 32 , 44-103 Gliwice – pakiet 2

Zestawienie i ocena złożonych ofert

Pakiet 1

Wartość brutto zamówienia	Oferta 1
	Sarstedt sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice, 91 123,92zł
91 123,92zł	91 123,92 zł brutto ocena: 100,00pkt

Pakiet 2

Wartość brutto zamówienia	Oferta nr 1	Oferta 2	Oferta nr 4
	PROFILAB J. Holl, W. Stachura, A.Wiącek-Żychlińska s.j. Ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa	Medlab Products sp. Z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn	MEDAN Andrzej Hędrzak Ul. A. Korczoka 32 44-103 Gliwice
17 599,90 zł	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona	Oferta odrzucona

Wszystkie oferty złożone w zakresie pakietu nr 2 podlegają odrzuceniu ponieważ Wykonawcy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami Zamawiającego:

1) PROFILAB J. Holl, W. Stachura, A. Wiącek-Żychlińska : W pakiecie nr 2 poz. 11 Zamawiający wymagał asortymentu „ze znacznikami poj.: 2 i 10 µl, bezbarwne” natomiast zaoferowany



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

przedmiot ma znaczniki 2,5 oraz 10 µl, tym samym nie spełnia wymagań. Pakiet 2 poz. 14 Zamawiający wymagał korków o śr. 16 mm, zaofერowano produkt o śr. 15-17 mm, tym samym nie spełniając wymagań. Pakiet 2 poz. 20: Zamawiający wymagał probówki o poj. 100 µl, zaofერowano produkt o poj. 125 µl, nie spełniający wymagań. Pakiet 2 poz. 24 Zamawiający wymagał probówki o poj. 11ml natomiast zaofერowano produkt niespełniający wymagań o poj. 10ml.

2) MEDAN Andrzej Hędrzak: Pakiet 2 poz. 6 Zamawiający wymagał pojemników o pojemności 120ml a zaofერowano niespełniające wymagań pojemniki o poj. 100ml.

3) Medlab Products sp. z o.o. : Pakiet 2 poz. 8 Zamawiający wymagał asortymentu o poj. całkowitej 6,5-7ml, zaofერowano o poj. całkowitej 4ml. Pakiet 2 poz. 16 Zamawiający wymagał „zawierające roztwór fluorku sodu i EDTA-K2”, zaofერowano „z fluorkiem sodu i kapilarą”.

W związku z faktem, że wszystkie złożone oferty w zakresie pakietu 2 podlegają odrzuceniu, Zamawiający unieważnienia postępowania odnośnie pakietu odnośnie pakietu 2.

2. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego następującemu Wykonawcy/Wykonawcom:

1) Pakiet nr 1

Oferta nr 0073/ZCM – ZP.270.5.2022.ZO Firmie Sarstedt sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice, **na kwotę brutto 91 123, 92zł**

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca, złożył wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegajnia wykluczeniu z przedmiotowego postępowania. Złożył ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów tj. ceny, oraz spełniającą wymagania przedmiotowe wskazane przez Zamawiającego.

3. Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy na dzień: **26 marca 2024r.** Umowy zostaną przesłane pocztą.

PREZES ZARZĄDU – Jolanta Siwicka

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)