

**Dostawa środków do dezynfekcji dla  
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.**

**Przedmiot zamówienia**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków (preparatów) do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzydzieści (30) części:

- Część 1. Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- Część 2. Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk
- Część 3. Preparat do dekontaminacji ciała pacjenta
- Część 4. Preparaty do odkażania skóry przed zabiegami diagnostycznymi
- Część 5. Preparaty do odkażania skóry i błon śluzowych
- Część 6. Preparaty do odkażania i odtłuszczania skóry
- Część 7. Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym
- Część 8. Preparat do dezynfekcji skóry przed wkłuciem centralnym
- Część 9. Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia pomieszczeń
- Część 10. Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych
- Część 11. Preparat do dezynfekcji małych, trudnodostępnych powierzchni
- Część 12. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
- Część 13. Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wstępnej endoskopów i wyrobów medycznych
- Część 14. Płynny preparat do dezynfekcji manualnej i ultradźwiękowej wysokiego poziomu endoskopów
- Część 15. Preparat do higieny jamy ustnej
- Część 16. Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni
- Część 17. Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętów medycznych
- Część 18. Preparat do dezynfekcji basenów, kaczek, misek oraz powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym
- Część 19. Koncentrat do dezynfekcji endoskopów/bronchoskopów
- Część 20. Proszkowy preparat do dezynfekcji sprzętu mającego kontakt z żywnością
- Część 21. Preparat do mycia i dezynfekcji maszynowej basenów i kaczek
- Część 22. Preparat do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi
- Część 23. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG
- Część 24. Chusteczki do dezynfekcji powierzchni w systemie dozującym
- Część 25. Koncentrat do mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów
- Część 26. Olejek w sprayu
- Część 27. Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania zakażonych ran
- Część 28. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami
- Część 29. Chusteczki do dekontaminacji skóry
- Część 30. Chusteczki inkrustowane chlorem

Szczegółowy opis zamawianych środków i ich ilości określono w Załącznikach nr 1.1–1.30 do Formularza oferty (Formularze asortymentowo-cenowe). Podane w formularzach ilości stanowią wartość szacunkową, wyliczoną na podstawie zużycia środków w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w okresie 12 miesięcy może ulec zmianie, przy czym nie będzie mniejsza niż 70% ilości określonej/-ych w Załączniku/-ach.

Wszystkie środki stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi dopuszczenia do obrotu i spełniać wymogi obowiązujących w tym zakresie norm.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanych środków, tj. odpowiednio:

- a) dla preparatów będących produktami leczniczymi – pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 06.09.2001 roku Prawo farmaceutyczne,
- b) dla preparatów będących wyrobami medycznymi - dokumenty zgodne z Ustawą z dnia 07.04.2022 roku o wyrobach medycznych,
- c) dla preparatów będących produktami biobójczymi – pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym, zgodnie z Ustawą z dnia 09.10.2015 roku o produktach biobójczych,
- d) dla preparatów będących produktami kosmetycznymi – dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 04.10.2018 roku o produktach kosmetycznych.

W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych kart charakterystyki oraz ulotek wystawionych przez producenta potwierdzających zgodność produktów z opisem zawartym w SWZ.

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto przeprowadzenie po zawarciu umowy w siedzibie Zamawiającego szkolenia produktowego dla personelu szpitala z zakresu bezpiecznego i skutecznego używania oferowanych środków i systemów dozujących.

Miejszem dostaw jest siedziba Zamawiającego Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 10.

Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni od złożenia zamówienia, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczone środki muszą posiadać minimum 12-miesięczny termin ważności, licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

W przypadku wykrycia wad zamówionych środków lub niezgodności asortymentowej lub ilościowej ze złożonym zamówieniem, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie (tj. w terminie 3 dni, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji.

#### Wymagania dodatkowe dotyczące środków (preparatów) z Części 22:

Preparaty określone w Zadaniu 22 przeznaczone są do następujących myjni-dezynfektorów eksploatowanych przez Zamawiającego:

1. nazwa producenta urządzenia: Getinge Disinfection AB, typ/model urządzenia: 46-5.

2. nazwa producenta urządzenia: Steelco Spa (Włochy), typ/model urządzenia: DS 500SC

Oferowane preparaty winny zapewniać bezawaryjną pracę tych urządzeń i uzyskanie właściwego efektu mycia i dezynfekcji. W przypadku, gdy oferowane preparaty będą powodowały konieczność wykonania czynności serwisowych polegających na kalibracji myjni-dezynfektorów umożliwiającej stosowanie w tych urządzeniach oferowanych środków, koszty tych czynności serwisowych poniesie Wykonawca.

## **II. Informacje ogólne**

1. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 99 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn.zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia opisany został przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.
3. Wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, oceny, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów/cech/właściwości nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie parametry/cechy/właściwości powinien posiadać oferowany przedmiot zamówienia. Ewentualne użycie przykładowych nazw producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach jako spełniający wymogi SWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.