

Nr sprawy **55/2023/TP**

Bydgoszcz, 19.12.2023 r.

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:  
**DOSTAWA SZWÓW CHIRURGICZNYCH**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie nr 1

##### Pakiet 2, grupa III, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 2

##### Pakiet 2, grupa IV, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 37 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 3

##### Pakiet 2, grupa V

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w opakowania pojedyncze sterylne tj. wewnętrzne opakowanie – kartonik podtrzymujący szew posiadający pełny opis szwu, następnie opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 4

Dotyczy **Pakietu nr 1, 2**

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne Grupy, według typów (rodzajów) nici.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie nr 5

Dotyczy **Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga jest długość 70 cm, również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy **Pakietu nr 1, Grupa I**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy **Pakietu nr 1, Grupa VI, IX**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty cenowej na Pakiet 1 z pominięciem ww. grup?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

Dotyczy **Pakietu nr 1, Grupa VII**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, o okresie wchłaniania 90-120 dni, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

Dotyczy **Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga jest długość 70 cm, również długość 75 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 10**

Dotyczy **Pakietu nr 2, Grupa II**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o profilu podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50%, sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 11**

Dotyczy **Pakietu nr 2, Grupa III**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o profilu podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 12**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2,3:

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w §3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego jednostkowego zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

**Odpowiedz: Zadane pytanie nie dotyczy treści Projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie.**

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto jednostkowej **wadliwej części** dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad jakościowych lub braków ilościowych ujawnionych przy dostawie, o których mowa w §3 ust. 7 umowy oraz wad jakościowych i braków ilościowych, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy.**



**Odpowiedz: Zadane pytanie nie dotyczy treści Projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie zmieni treści SWZ w w/w zakresie.**

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, o której mowa w §5 ust.1, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który umowa została zawarta.

**Odpowiedz: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w § 7 Projektu umowy, ust. 5 i ust. 6 otrzymują brzmienie:**

**„5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.**

**6. Z zastrzeżeniem art. 456 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego.”**

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00550014 z dnia 13.12.2023 r.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie 21.12.2023 r.:

godz. 09:00 – składanie ofert

godz. 09:15 – otwarcie ofert.

**z up. p.o. Dyrektora**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów**  
**Agata Walencykowska**

Sporządził: Magdalena Błaszek  
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów  
Tel. 797008535, 52 326 21 04  
e-mail: zamowienia-pub@wsd.org.pl



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego