



Pleszewskie Centrum Medyczne
w Pleszewie
Sp. z o.o.



Szpital
Akredytowany



Znak sprawy: Te 2300-08/2023

Pleszew, dn.18.04.2023r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, części zużywalnych do wykonania badań hematologicznych, wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w okresie 48 miesięcy.

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie, w myśl art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyła stosowne wyjaśnienia.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Pytanie 17

Dotyczy zał. nr 2 wymagania i parametry techniczne Analizator I podstawowy pkt 17, Analizator II pomocniczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym do oznaczenia i różnicowanie WBC wykorzystywana jest metoda optyczna i/lub fluorescencyjna cytometria przepływowa?

Odp.: Nie zmienia się zapisów treści SWZ.

Treść prawidłowa odpowiedzi powinna brzmieć:

Pytanie 17

Dotyczy zał. nr 2 wymagania i parametry techniczne Analizator I podstawowy pkt 17, Analizator II pomocniczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym do oznaczenia i różnicowanie WBC wykorzystywana jest metoda optyczna i/lub fluorescencyjna cytometria przepływowa?

Odp.: Tak, dopuszczamy analizator w którym oznaczenia i różnicowanie WBC wykorzystywana jest metoda optyczna i/lub fluorescencyjna cytometria przepływowa

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert. Pozostałe warunki i zapisy pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

Błażej Górczyński

Sporządziła:
Aleksandra Prażucha
Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 62 74 20 719