



**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu medycznego do Pracowni Implantacji Stymulatorów Serca, sprawa ZP 15/24

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. *Dotyczy pakietu Nr 32 poz 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę 18-polową, sterowaną o 2 mm rozmieszczeniu elektrod do mapowania lewej komory o wysokiej rozdzielczości, przy zachowaniu pozostałych parametrów?*

Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Paweł Lipiński

