

DEZ/703/2023

Jelenia Góra 20.06.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00429/2023

**Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb
Centralnej Sterylizatorni
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 tabela pod pakietem

W związku z tym, że opisane preparaty w/w pakiecie są wyłącznie wyrobami medycznymi prosimy o wykreślenie zapisu punkt 2 z tabeli parametry graniczne „Zaoferowane produkty zakwalifikowane jako produkty biobójcze spełniają wymogi ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 24 ze zm.)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik Nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy z opisem przedmiotu zamówienia.

ZESTAW NR 2

Pytanie Nr 1

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści płyn myjący thermosept X-tra, który dzięki właściwościom kąpieli myjącej, która nie powoduje utleniania białka, mająca wartość $\text{pH} > 10$, oraz dziesięciominutową fazę mycia w temperaturze 55 stopni, spełnia warunki ograniczania do minimum ryzyka w zakresie vCJK zgodnie z zaleceniami RKI dla redukcji vCJD > 2 log. Czy zamawiający dopuści płyn myjący thermosept X-tra, którego dozowanie zawiera się w przedziale od 3 do 10ml/L, a standardowe stężenie wynosi 5ml/L.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat Thermospet ED, zawierającego 20g/100g aldehydu glutarowego oraz mającego dodatkowo działanie na spory. Dozowanie 10ml/L

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Poz. 3 Czy zamawiający dopuści płyn gigasept AF forte, który zawiera: 10,0 g chlorku dimetylodioctylamoniowego, 15,0 g fenoksypropanole, 15,6 g dioctanu kokopropyleno diamino biguanidyny, 9,5 g N-dodecylopropano 1,3-diamina, którego spektrum działania: bakterie, drożdże 0,25% - 5minut , wirusy osłonkowe w tym HIV, HBV, HCV 1% - 5minut oraz dodatkowo działanie prątkobójcze, rota, polio, adeno.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ