

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 22 61, fax. 0-12 614 34 86
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

Kraków, 04.09.2020

DZ.271.55.074.2020

Szanowni Wykonawcy,

dotyczy: postępowania nr **DZ.271.55.2020** pn. Dostawa wyposażenia sali elektrofizjologicznej w pawilonie M VIII

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania,

Pytanie 1. Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt 85

Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej rzutu pracowni dla której ma zostać wykonany projekt osłon. Prosimy o nazwanie i opis funkcji pomieszczeń przylegających do pracowni oraz będących bezpośrednio pod i nad pracownią. Prosimy o opis użytych materiałów do wykonania ścian oraz stropów pracowni oraz określenie grubości ścian oraz stropów. Czy stolarka zamontowana w pracowni posiada osłonność radiologiczną. Prosimy o określenie typu badań/procedur i liczby badań/procedur w planowanych tygodniowo do wykonania na ramieniu C w pracowni. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli projekt osłon wykaże konieczność wykonania dodatkowych osłon radiologicznych obowiązek ten będzie spoczywał na Zamawiającym.

Odp.: Zamawiający, mając na uwadze zakres i aktualne zaawansowanie innych prac dotyczących opracowania projektu wykończenia przedmiotowej pracowni (w którym zostało już uwzględnione wykonanie projektu ochrony radiologicznej) rezygnuje z wymogu stawianego Wykonawcy w pakiecie nr I w punkcie 85 tj. wykonania projektu ochrony radiologicznej z uwzględnieniem osłon stałych dla pomieszczenia pracowni.

Pytanie 2. Dotyczy załącznika nr 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt 87

Prosimy o określenie typu mocowania do uchwyty oraz określenie maksymalnej nośności uchwyty. Prosimy o podanie czy Zamawiający wymaga doprowadzenia zasilania i kabla sygnałowego do monitora na uchwycie. Jeżeli tak, prosimy o opis trasy okablowania i określenie odległości.

Odp.: Zamawiający uściśla – typ mocowania VESA 100x100, maksymalna nośność uchwytu 15 kg. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy pakietu nr I doprowadzenia zasilania i kabla sygnałowego do monitora na uchwycie.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Terminem obowiązującym składania i otwarcia jest 21 września 2020 roku, składanie ofert godzina 10.00, otwarcie ofert godzina 10.30.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
Im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

