



Grudziądz, dnia 05.12.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” (znak sprawy: Z/111/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” – znak sprawy: Z/111/PN/23** wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie 2

Podnośnik mobilny

Ad. Pkt.1 do pkt. 4

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od złożenia zamówienia.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu realizacji dla zadania nr 2. Powyższe wynika z faktu, iż postępowanie objęte jest umową zawartą przez Zamawiającego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr PPD/000001/02/D z dnia 13 listopada 2023 roku o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, której warunki uniemożliwiają wydłużenie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 2

Prosimy o dopuszczeni podnośnika o następujących parametrach:

- *Podnośnik z elektrycznie otwieraną podstawą,*
- *bateria litowa,*
- *udźwig 300kg,*
- *moc silownika podnoszącego 10000N,*
- *moc silownika podstawy 3000N,*
- *waga podnośnika 46kg,*
- *materiał stal, malowanie żywica epoksydowa,*
- *kółka na łożyskach kulkowych,*





- 84 cykli podnoszenia i opuszczania przy maksymalnym obciążeniu na baterii litowej

PEŁNA CHARAKTERYSTYKA

Podnośnik pacjenta umożliwia przenoszenie pacjentów z łóżka, krzesła, toalety, wózka inwalidzkiego lub z podłogi w łatwy i skuteczny sposób.

Podnośnik wyposażony w 4 koła jezdne, 2 tylne kółka są wyposażone w hamulec postojowy (blokada).

Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz pilot zdalnego sterowania. Standardowo wraz z podnośnikiem oferowane jest nosidło uniwersalne.

Specyfikacja podnośnika:

Wymiary:

-długość całkowita: 125cm (A)

-min. wysokość podnoszenia: 55cm (B)

-max. wysokość podnoszenia: 182cm (C)

-wysokość całkowita: 125cm (D)

-wysokość ramy: 11cm (E)

-min. szerokość podstawy: 73cm (F)

-max. szerokość podstawy: 105cm (G)

-promień skrętu: 143cm (H)



Nosidło (.....) model komfortowy w rozmiarze uniwersalnym, jersey, maksymalna waga użytkownika 320 kg, temperatura prania 70°C

lub

SURP3-PF-TU nosidło (.....) model kąpielowy w rozmiarze uniwersalnym, siatka, maksymalna waga użytkownika 320 kg, temperatura prania 70°C (opcja)





W przypadku dopuszczenia podnośnika o powyższych parametrach, prosimy o wskazanie modelu nosidła, które preferuje Zamawiający.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że oczekuje zaferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w treści SWZ i nie przewiduje modyfikacji jej treści we wnioskowanym zakresie.

