



Szp/FZ –082/ 387 /2022

Wrocław, dnia 14.04.2022 r.

### INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w okulistyce*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o angulacji 5 st?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową toryczną o stopniu uwodnienia poniżej 0,7%, dioptrażu od +6,0D do +30,0D, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do iniekcji o poniższym składzie:

1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm bez zbiornika

1x serweta do owinięcia 75x90cm

1x kocher

1x rozwórka

1x znacznik (plastikowy) 3,5/4,0mm

2x patyczki 15cm

2x miska Gallipot 60 ml

5x kompres 10x10cm

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego zestawu, pod warunkiem że będzie zawierał 1 x opatrunek na oko.*

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta?

Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylne), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga zaoferowania markerów zgodnie z SWZ.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

tel. 71 32 70 95 454

sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

REGON 000977893

www.wssk.wroc.pl

**STARSZY SPECJALISTA**  
ds. Zamówień Publicznych

*inż. Monika Wojciechowska*

Z UPOWAZNIENIA DYREKTORA  
Z-ca Dyrektora  
ds. Finansów i Administracji

*mgr Mariola Dwornikowska-Debrowska*



**DOLNY  
ŚLĄSK**