

Załącznik nr 2

Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej Angiografu System sercowo-naczyniowy ALLURA Xper FD20C z systemem monitoringu INTELLIVUE Producenta PHILIPS MEDICAL SYSTEM

L.P	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.	Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej Angiografu System sercowo-naczyniowy ALLURA Xper FD20C z systemem monitoringu INTELLIVUE Producenta PHILIPS MEDICAL SYSTEM ryczałt za naprawy i serwisy w okresie 8 miesięcy

1. W ramach zamówienia wykonywane prace polegają na serwisie aparatury oraz sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniem producenta oraz naprawach realizowanych w zależności od potrzeb Zamawiającego i obejmują:

- przeglądy okresowe i prewencyjne określone przez producenta,
- sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów,
- zaplanowane konserwacje w regularnych odstępach czasu w oparciu o zalecenia producenta – minimum 2 razy w w okresie obowiązywania umowy dla systemu głównego,
- dojazdy, diagnozy, usługi napraw i kalibracje sprzętu,
- wszelkie awarie,
- zdalna diagnostyka,
- nielimitowaną wymianę wszystkich uszkodzonych części zamiennych wraz z utylizacją części zużytych (z wyłączeniem lampy RTG oraz detektora płaskiego),
- zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji, poprawiające wydajność pracy i bezpieczeństwo,
- priorytet w obsłudze zgłoszeń,
- czas naprawy bez użycia części zamiennych – do 3 dni roboczych,
- czas naprawy z użyciem części zamiennych – do 5 dni roboczych.

Zakres prac jest uzależniony od wymogów producenta wyrobu medycznego. Świadectwo autoryzacji zgodne z deklaracją producenta.

2. Wykonawca świadczyć będzie usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego oraz zatrudniać będzie pracowników posiadających kwalifikację i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórców (importerów, dystrybutorów) zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186).
3. Świadczenie usług musi być realizowane zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji użytkowania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż., w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2020 poz. 186).
4. Wykonawca wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych przeglądów, konserwacji i działań serwisowych, wynikające z instrukcji użytkowania i zaleceń producenta (planowe wymiany części, zestawy przeglądowe).
5. Wykonanie przeglądu technicznego musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac.

6. Wykonanie naprawy musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy oraz wystawieniem protokołu serwisowego (karty pracy) z pełnym opisem prac i wyszczególnieniem części wymiennych.

Świadczenie usług serwisowych – umowa na okres 8 miesięcy.

Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy płatne będzie w 8 równych częściach.

Aparatura specjalistyczna Angiograf + Kardiomonitor						
L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Nr Seryjny	Rok produkcji	Producent	Jednostka organizacyjna
1.	Angiograf	ALLURA XPER FD20	sn:000621 ON:100107658	2011	PHILIPS MEDICAL SYSTEM	Pracownia Hemodynamiki
2.	Kardiomonitor	IntelliVue MP60: Model 8005A	DE84318337	2011	PHILIPS MEDICAL SYSTEM	Pracownia Hemodynamiki