

**WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA
103/07/2023**

Zamawiający otrzymał następujące pytania do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

W związku z chwilową niedostępnością (do końca września) pozycji 1 - GBFT0010-R-NS oraz pozycji 2 - GBFT1000-R-NS z zapytania proszę o informację czy Odbiorca materiałów zaakceptuje produkty o tych samych parametrach bądź zbliżonych.

W ramach pozycji 1 proponujemy: <https://www.genoplast.pl/sterylne-koncowki-do-pipet-10ml-extra-long-tips-universalne-low-retention-dnase-rnase-free-przezroczyste-pakowane-w-statywy-10x96szt.html>

W ramach pozycji 2 proponujemy: <https://www.genoplast.pl/sterylne-nisko-adhezyjne-koncowki-z-filtrem-1250-l-googlab-scientific-professional-line-tipsz-pp-universalne-bezbarwne-w-pudelkach-10x96-960szt.html>

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający informuje, że zaakceptuje wskazane produkty zamienne.

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie końcówek niskoretencyjnych z filtrem, wyprodukowanych z najwyższej jakości opatentowanego polimeru S3 lub z dziewiczego polipropylenu, bez powłoki silikonowej, z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w opisie zamówienia?

2) Czy w przypadku końcówek do 1000 µl Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 8 pudełek x 96 szt.?

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający informuje, że zaakceptuje wskazane produkty zamienne.